Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011321\
Data File : BP004529.D
Acq On : 13 Jan 2021 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 13 11:09:10 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.440	11.4	93	0.00
3		Pyridine	40.000	35.369	11.6	90	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	35.310	11.7	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	71.289	10.9	94	0.00
6		Aniline	40.000	34.816	13.0	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	70.627	11.7	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	35.496	11.3	92	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.920	2.7	91	0.00
10	C	Phenol	40.000	35.018	12.5	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	34.850	12.9	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	35.772	10.6	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	35.632	10.9	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.755	10.6	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.079	12.3	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	33.878	15.3	88	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	35.251	11.9	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	35.090	12.3	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.308	14.2	89	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	35.236	11.9	90	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.597	11.0	90	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	71.397	10.8	90	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	35.308	11.7	88	0.00
25		Isophorone	40.000	35.222	11.9	89	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	37.662	5.8	93	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.353	9.1	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.248	11.9	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.757	8.1	91	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.765	8.1	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.832	10.4	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	36.819	8.0	87	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	35.884	10.3	91	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.889	7.8	93	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.239	9.4	91	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.007	10.0	89	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.200	9.5	91	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.062	9.8	91	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.596	8.5	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	34.551	13.6	78	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	78.608	1.7	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.918	7.7	92	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.250	6.9	92	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.469	9.4	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.561	11.1	91	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.839	10.4	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011321\
Data File : BP004529.D
Acq On : 13 Jan 2021 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 13 11:09:10 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	35.887	10.3	89	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	35.991	10.0	91	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.535	8.7	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	37.133	7.2	92	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.872	10.3	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.809	8.0	92	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.964	5.1	90	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.276	9.3	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	37.813	5.5	91	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.047	4.9	94	0.00
58		Fluorene	40.000	36.414	9.0	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.081	7.3	92	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.756	8.1	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.999	7.5	95	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	37.897	5.3	94	0.00
63		Azobenzene	40.000	35.578	11.1	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	36.419	9.0	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.390	11.5	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.470	8.8	96	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.090	7.3	98	0.00
69		Atrazine	40.000	36.987	7.5	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	35.024	12.4	90	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.649	10.9	95	0.00
72		Anthracene	40.000	36.045	9.9	96	0.00
73		Carbazole	40.000	35.892	10.3	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	36.587	8.5	97	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.887	7.8	98	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	37.001	7.5	110	0.00
78		Pyrene	40.000	34.193	14.5	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	69.610	13.0	102	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	34.543	13.6	100	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.424	11.4	104	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	35.943	10.1	104	0.00
83		Chrysene	40.000	34.949	12.6	103	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	34.806	13.0	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	35.200	12.0	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.291	6.8	106	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.006	5.0	107	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.883	10.3	102	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.870	7.8	104	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.383	6.5	106	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.094	7.3	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011321\
Data File : BP004529.D
Acq On : 13 Jan 2021 09:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 13 11:09:10 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0