Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.464	0.462	0.4	110	0.00
3		Pyridine	1.243	1.251	-0.6	108	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.393	0.386	1.8	109	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.147	1.112	3.1	107	0.00
6		Aniline	1.788	1.700	4.9	104	0.00
7	S	Phenol-d6	1.572	1.497	4.8	104	0.00
8		2-Chlorophenol	1.303	1.241	4.8	104	0.00
9		Benzaldehyde	0.775	0.694	10.5	102	0.00
10	C	Phenol	1.507	1.441	4.4	104	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.206	1.123	6.9	101	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.611	1.503	6.7	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.630	1.515	7.1	102	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.557	1.444	7.3	102	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.018	0.955	6.2	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.279	1.185	7.3	102	0.00
17		2-Methylphenol	1.063	1.008	5.2	103	0.00
18		Hexachloroethane	0.563	0.520	7.6	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.881	0.801	9.1	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.451	1.369	5.7	102	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	95	0.00
22		Acetophenone	0.494	0.468	5.3	100	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.354	0.338	4.5	100	0.00
24		Nitrobenzene	0.346	0.330	4.6	100	0.00
25		Isophorone	0.638	0.596	6.6	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.191	0.188	1.6	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.264	0.254	3.8	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.438	0.406	7.3	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.351	0.333	5.1	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.422	0.389	7.8	97	0.00
31		Naphthalene	1.098	1.035	5.7	100	0.00
32		Benzoic acid	0.191	0.185	3.1	90	0.00
33		4-Chloroaniline	0.474	0.449	5.3	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.284	0.251	11.6	94	0.00
35		Caprolactam	0.112	0.106	5.4	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.334	0.315	5.7	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.808	0.749	7.3	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.767	0.711	7.3	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.718	0.674	6.1	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.257	0.245	4.7	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.348	0.309	11.2	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.468	0.446	4.7	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.486	0.460	5.3	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.539	1.451	5.7	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.599	1.513	5.4	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.323	1.256	5.1	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.306	0.305	0.3	99	0.00
49		Acenaphthylene	1.977	1.881	4.9	96	0.00
50		Dimethylphthalate	1.657	1.551	6.4	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.353	0.339	4.0	95	0.00
52	C	Acenaphthene	1.205	1.147	4.8	96	0.00
53		3-Nitroaniline	0.385	0.375	2.6	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.159	0.158	0.6	87	0.00
55		Dibenzofuran	1.951	1.843	5.5	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.267	0.259	3.0	93	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	0.483	0.473	2.1	97	0.00
58		Fluorene	1.558	1.476	5.3	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.456	0.421	7.7	91	0.00
60		Diethylphthalate	1.621	1.499	7.5	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.880	0.815	7.4	95	0.00
62		4-Nitroaniline	0.406	0.403	0.7	99	0.00
63		Azobenzene	1.227	1.166	5.0	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.116	0.111	4.3	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.620	0.590	4.8	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.267	0.246	7.9	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.319	0.292	8.5	91	0.00
69		Atrazine	0.218	0.196	10.1	89	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.143	0.135	5.6	92	0.00
71		Phenanthrene	1.147	1.081	5.8	96	0.00
72		Anthracene	1.111	1.058	4.8	96	0.00
73		Carbazole	1.036	0.993	4.2	97	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.252	1.161	7.3	93	0.00
75	C	Fluoranthene	1.395	1.302	6.7	95	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
77		Benzidine	0.523	0.533	-1.9	106	0.00
78		Pyrene	1.361	1.265	7.1	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.095	0.992	9.4	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.550	0.507	7.8	94	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.360	1.273	6.4	96	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.490	0.457	6.7	94	0.00
83		Chrysene	1.295	1.210	6.6	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.786	0.716	8.9	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.335	1.236	7.4	94	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	91	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.543	1.519	1.6	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.294	1.218	5.9	93	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.235	1.213	1.8	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.207	1.172	2.9	96	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.274	1.249	2.0	98	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.254	1.227	2.2	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0