Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.836	0.4	110	0.00
3		Pyridine	40.000	40.244	-0.6	108	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.258	1.9	109	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.501	3.1	107	0.00
6		Aniline	40.000	38.043	4.9	104	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.203	4.7	104	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.092	4.8	104	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.342	-3.4	102	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.248	4.4	104	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.250	6.9	101	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.306	6.7	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.190	7.0	102	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.108	7.2	102	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.497	6.3	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.049	7.4	102	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.934	5.2	103	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.900	7.8	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.362	9.1	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.744	5.6	102	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	95	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.934	5.2	100	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.388	4.5	100	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.108	4.7	100	0.00
25		Isophorone	40.000	37.353	6.6	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.354	1.6	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.461	3.8	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.082	7.3	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.923	5.2	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.849	7.9	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.679	5.8	100	0.00
32		Benzoic acid	40.000	36.438	8.9	90	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.837	5.4	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	35.441	11.4	94	0.00
35		Caprolactam	40.000	37.860	5.4	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	37.735	5.7	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.083	7.3	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.110	7.2	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	90	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.515	6.2	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.329	9.2	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	71.129	11.1	88	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.184	4.5	95	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.876	5.3	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.437	5.7	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.846	5.4	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.978	5.1	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.824	0.4	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.061	4.8	96	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.435	6.4	96	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.398	4.0	95	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.070	4.8	96	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	38.985	2.5	97	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.175	7.1	87	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.781	5.5	96	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.744	3.1	93	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.182	2.0	97	0.00
58		Fluorene	40.000	37.895	5.3	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.959	7.6	91	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.987	7.5	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.017	7.5	95	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.674	0.8	99	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.019	5.0	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	90	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.089	4.8	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.096	4.8	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.766	8.1	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.576	8.6	91	0.00
69		Atrazine	40.000	35.936	10.2	89	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.674	5.8	92	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.714	5.7	96	0.00
72		Anthracene	40.000	38.086	4.8	96	0.00
73		Carbazole	40.000	38.351	4.1	97	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.105	7.2	93	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.316	6.7	95	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	91	0.00
77		Benzidine	40.000	40.722	-1.8	106	0.00
78		Pyrene	40.000	37.189	7.0	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.492	9.4	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.871	7.8	94	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.424	6.4	96	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.241	6.9	94	0.00
83		Chrysene	40.000	37.390	6.5	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.453	8.9	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	37.046	7.4	94	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	91	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.358	1.6	98	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.649	5.9	93	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.290	1.8	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.830	2.9	96	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.216	2.0	98	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.118	2.2	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011421\
Data File : BP004549.D
Acq On : 14 Jan 2021 10:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 14 12:07:13 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270E-BP011221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 12 15:19:32 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0