Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011422\
Data File : BP008813.D
Acq On : 14 Jan 2022 17:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP011422

Quant Time: Jan 17 03:16:16 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 14 18:05:00 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.315	11.7	95	0.00
3		Pyridine	40.000	36.684	8.3	93	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.291	9.3	92	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	71.606	10.5	93	0.00
6		Aniline	40.000	35.755	10.6	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	71.859	10.2	90	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	35.911	10.2	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.811	10.5	91	0.00
10	C	Phenol	40.000	35.853	10.4	90	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.869	10.3	91	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	35.461	11.3	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	35.721	10.7	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.677	10.8	92	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.718	10.7	88	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.143	9.6	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	35.833	10.4	89	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	36.576	8.6	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.136	9.7	88	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	35.822	10.4	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	40.000	36.066	9.8	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	72.883	8.9	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.239	9.4	89	0.00
25		Isophorone	40.000	36.265	9.3	88	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	36.653	8.4	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.416	9.0	88	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.363	9.1	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.052	9.9	88	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.856	10.4	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.539	11.2	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.216	7.0	85	-0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	35.946	10.1	87	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	35.874	10.3	89	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.359	9.1	88	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	35.782	10.5	86	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.699	10.8	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.723	10.7	87	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	87	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	35.927	10.2	88	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.687	3.3	87	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	74.284	7.1	90	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.220	9.5	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	36.547	8.6	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.100	9.9	89	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.852	10.4	88	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.961	10.1	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011422\
Data File : BP008813.D
Acq On : 14 Jan 2022 17:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP011422

Quant Time: Jan 17 03:16:16 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 14 18:05:00 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	37.210	7.0	88	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.119	9.7	88	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.433	8.9	89	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.861	7.8	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	36.238	9.4	88	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	37.063	7.3	89	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.527	-3.8	96	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.308	9.2	89	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.350	1.6	92	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.564	3.6	90	0.00
58		Fluorene	40.000	36.820	7.9	89	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.749	8.1	88	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.578	6.1	91	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.788	8.0	89	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.766	3.1	92	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.784	5.5	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.405	-1.0	96	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.843	10.4	90	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.156	9.6	90	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.386	11.5	90	0.00
69		Atrazine	40.000	37.267	6.8	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	38.772	3.1	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.916	10.2	92	0.00
72		Anthracene	40.000	36.799	8.0	93	0.00
73		Carbazole	40.000	37.454	6.4	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.126	2.2	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.954	5.1	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	108	0.00
77		Benzidine	40.000	40.420	-1.1	108	0.00
78		Pyrene	40.000	34.617	13.5	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	69.965	12.5	101	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.733	8.2	107	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.581	11.0	107	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	36.534	8.7	108	0.00
83		Chrysene	40.000	35.694	10.8	107	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.142	7.1	107	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	37.335	6.7	119	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	112	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.530	11.2	111	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.425	11.4	112	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.533	8.7	118	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.215	9.5	115	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.509	11.2	111	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	34.958	12.6	109	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP011422\
Data File : BP008813.D
Acq On : 14 Jan 2022 17:47
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP011422

Quant Time: Jan 17 03:16:16 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jan 14 18:05:00 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0