Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP012722\
Data File : BP008943.D
Acq On : 27 Jan 2022 12:04
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 28 02:16:53 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 26 01:52:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	85	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.107	-0.3	101	0.00
3		Pyridine	40.000	42.692	-6.7	101	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	43.046	-7.6	102	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.171	-2.7	99	0.00
6		Aniline	40.000	42.210	-5.5	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	84.689	-5.9	99	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	41.669	-4.2	98	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.461	1.3	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.320	-5.8	99	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.056	-2.6	97	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.669	0.8	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.862	0.3	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.989	0.0	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	43.319	-8.3	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.442	-3.6	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	42.129	-5.3	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.189	-0.5	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.905	-7.3	98	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	43.081	-7.7	99	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	85	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.430	-3.6	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.774	-4.7	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.944	-4.9	98	0.00
25		Isophorone	40.000	43.018	-7.5	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	43.286	-8.2	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	42.252	-5.6	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.968	-2.4	96	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.629	-4.1	97	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.838	0.4	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.411	-1.0	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	47.102	-17.8	102	0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	42.450	-6.1	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.787	3.0	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	46.344	-15.9	107	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	43.139	-7.8	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	41.190	-3.0	97	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	41.429	-3.6	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.821	0.4	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.013	-0.0	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.538	-4.4	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.514	-3.8	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.966	-4.9	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.701	0.4	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.117	-0.3	96	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.492	-1.2	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP012722\
Data File : BP008943.D
Acq On : 27 Jan 2022 12:04
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 28 02:16:53 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 26 01:52:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.342	-13.4	105	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	41.656	-4.1	99	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	41.328	-3.3	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	43.436	-8.6	101	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	41.546	-3.9	99	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.833	-9.6	103	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.006	-5.0	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	41.159	-2.9	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.240	-8.1	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	45.108	-12.8	104	0.00
58		Fluorene	40.000	41.840	-4.6	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	42.056	-5.1	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.346	-3.4	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.807	-2.0	96	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.136	-10.3	103	0.00
63		Azobenzene	40.000	42.854	-7.1	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	87	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.566	-11.4	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.986	-5.0	101	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.758	-1.9	96	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.643	-1.6	98	0.00
69		Atrazine	40.000	41.867	-4.7	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.178	-5.4	100	0.00
71		Phenanthrene	40.000	41.667	-4.2	102	0.00
72		Anthracene	40.000	42.204	-5.5	101	0.00
73		Carbazole	40.000	42.503	-6.3	104	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.465	-1.2	96	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.617	-1.5	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	80	0.00
77		Benzidine	40.000	45.414	-13.5	90	0.00
78		Pyrene	40.000	46.975	-17.4	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	89.153	-11.4	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.855	-4.6	91	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	41.552	-3.9	93	-0.01
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.888	2.8	86	0.00
83		Chrysene	40.000	41.338	-3.3	92	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.054	7.4	80	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	33.618	16.0	80	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	74	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	43.795	-9.5	90	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.800	-4.5	87	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	42.366	-5.9	90	-0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	42.650	-6.6	89	-0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	43.624	-9.1	90	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	43.633	-9.1	89	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP012722\
Data File : BP008943.D
Acq On : 27 Jan 2022 12:04
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jan 28 02:16:53 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP011422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 26 01:52:51 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0