Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP013124\
Data File : BP019500.D
Acq On : 31 Jan 2024 21:37
Operator : MA/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP013124

Quant Time: Feb 01 00:53:56 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.478	0.439	8.2	92	0.00
3		Pyridine	1.296	1.220	5.9	89	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.564	0.548	2.8	90	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.241	1.160	6.5	90	0.00
6		Aniline	1.626	1.549	4.7	87	0.00
7	S	Phenol-d6	1.673	1.606	4.0	89	0.00
8		2-Chlorophenol	1.274	1.213	4.8	89	0.00
9		Benzaldehyde	1.173	0.955	18.6	63	0.00
10	C	Phenol	1.667	1.596	4.3	88	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.297	1.232	5.0	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.559	1.461	6.3	89	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.579	1.500	5.0	90	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.528	1.416	7.3	87	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.337	1.283	4.0	86	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.297	1.230	5.2	85	0.00
17		2-Methylphenol	1.123	1.075	4.3	86	0.00
18		Hexachloroethane	0.612	0.571	6.7	86	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.143	1.061	7.2	82	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.532	1.479	3.5	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	84	0.00
22		Acetophenone	0.570	0.550	3.5	85	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.462	0.450	2.6	86	0.00
24		Nitrobenzene	0.465	0.454	2.4	87	0.00
25		Isophorone	0.804	0.755	6.1	81	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.177	0.182	-2.8	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.227	0.219	3.5	84	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.455	0.433	4.8	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.343	0.329	4.1	84	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.420	0.400	4.8	85	0.00
31		Naphthalene	1.097	1.048	4.5	85	0.00
32		Benzoic acid	0.221	0.219	0.9	83	-0.01
33		4-Chloroaniline	0.406	0.381	6.2	82	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.311	0.302	2.9	86	0.00
35		Caprolactam	0.097	0.085	12.4	82	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.373	0.350	6.2	82	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.759	0.712	6.2	82	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.746	0.697	6.6	82	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	80	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.771	0.762	1.2	83	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.348	0.359	-3.2	81	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.292	0.268	8.2	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.467	0.460	1.5	81	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.513	0.504	1.8	81	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.618	1.568	3.1	81	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.596	1.539	3.6	80	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.310	1.272	2.9	82	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP013124\
Data File : BP019500.D
Acq On : 31 Jan 2024 21:37
Operator : MA/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP013124

Quant Time: Feb 01 00:53:56 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.366	0.355	3.0	82	0.00
49		Acenaphthylene	1.838	1.752	4.7	81	0.00
50		Dimethylphthalate	1.531	1.395	8.9	79	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.336	0.316	6.0	80	0.00
52	C	Acenaphthene	1.141	1.086	4.8	80	0.00
53		3-Nitroaniline	0.309	0.290	6.1	83	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.175	0.164	6.3	83	0.00
55		Dibenzofuran	1.858	1.731	6.8	80	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.253	0.234	7.5	86	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.441	0.415	5.9	82	0.00
58		Fluorene	1.480	1.361	8.0	80	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.431	0.404	6.3	81	0.00
60		Diethylphthalate	1.523	1.336	12.3	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.832	0.759	8.8	78	0.00
62		4-Nitroaniline	0.324	0.288	11.1	84	0.00
63		Azobenzene	1.473	1.323	10.2	78	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	82	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.114	0.118	-3.5	84	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.599	0.587	2.0	80	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.250	0.246	1.6	79	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.292	0.280	4.1	79	0.00
69		Atrazine	0.199	0.188	5.5	81	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.182	0.182	0.0	83	0.00
71		Phenanthrene	1.053	1.002	4.8	83	0.00
72		Anthracene	1.050	0.996	5.1	81	0.00
73		Carbazole	0.954	0.895	6.2	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.153	1.053	8.7	81	0.00
75	C	Fluoranthene	1.286	1.195	7.1	88	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	0.00
77		Benzidine	0.418	0.357	14.6	91	0.00
78		Pyrene	1.412	1.296	8.2	90	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.216	1.100	9.5	87	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.527	0.485	8.0	89	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.408	1.343	4.6	97	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.513	0.495	3.5	97	0.00
83		Chrysene	1.337	1.286	3.8	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.803	0.732	8.8	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.412	1.327	6.0	90	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.531	1.463	4.4	102	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.261	1.187	5.9	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.204	1.111	7.7	101	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.122	1.066	5.0	102	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.259	1.201	4.6	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.277	1.219	4.5	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP013124\
Data File : BP019500.D
Acq On : 31 Jan 2024 21:37
Operator : MA/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP013124

Quant Time: Feb 01 00:53:56 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0