Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019504.D
Acq On : 01 Feb 2024 12:02
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 01 12:34:51 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	93	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.273	4.3	102	0.00
3		Pyridine	40.000	38.707	3.2	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.240	1.9	97	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.114	4.9	97	0.00
6		Aniline	40.000	38.216	4.5	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.547	4.3	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.998	5.0	94	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.531	-1.3	83	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.200	4.5	94	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.328	4.2	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.749	5.6	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.994	5.0	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.596	6.0	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.514	6.2	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.225	4.4	91	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.146	4.6	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.613	6.0	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.307	9.2	86	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	38.117	4.7	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.249	4.4	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	77.895	2.6	91	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.620	3.5	90	0.00
25		Isophorone	40.000	37.440	6.4	85	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.353	-0.9	91	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.747	3.1	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.238	4.4	87	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.457	3.9	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.979	5.1	89	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.251	4.4	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.086	2.3	86	-0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	37.597	6.0	86	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.499	3.8	90	0.00
35		Caprolactam	40.000	35.023	12.4	86	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	37.013	7.5	86	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.473	6.3	86	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.254	6.9	86	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	83	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.800	0.5	86	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	52.338	-30.8#	107	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	75.212	6.0	84	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.778	0.6	85	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.501	1.2	85	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.800	1.5	85	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.333	1.7	84	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.952	2.6	85	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019504.D
Acq On : 01 Feb 2024 12:02
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 01 12:34:51 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.745	3.1	84	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.374	4.1	84	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.770	8.1	82	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.184	4.5	84	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.401	4.0	84	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	37.718	5.7	87	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.712	8.2	84	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.650	5.9	84	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	36.342	9.1	87	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.559	6.1	84	0.00
58		Fluorene	40.000	37.201	7.0	83	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.511	6.2	84	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.118	9.7	83	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.735	5.7	84	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.012	10.0	88	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.467	8.8	82	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.269	-0.7	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.827	0.4	84	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.624	0.9	82	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.974	2.6	84	0.00
69		Atrazine	40.000	37.656	5.9	84	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.774	0.6	86	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.162	4.6	86	0.00
72		Anthracene	40.000	38.554	3.6	86	0.00
73		Carbazole	40.000	37.441	6.4	89	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	36.436	8.9	84	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.029	7.4	91	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	39.473	1.3	107	0.00
78		Pyrene	40.000	37.298	6.8	92	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.548	8.1	90	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.293	9.3	89	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.484	3.8	99	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.347	1.6	100	0.00
83		Chrysene	40.000	38.413	4.0	99	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	35.960	10.1	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	37.085	7.3	90	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.816	3.0	104	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.703	3.2	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.783	8.0	102	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.112	4.7	103	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.567	3.6	103	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.789	3.0	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019504.D
Acq On : 01 Feb 2024 12:02
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 01 12:34:51 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0