Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019516.D
Acq On : 01 Feb 2024 20:29
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 03:24:40 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.719	8.2	99	0.00
3		Pyridine	40.000	37.813	5.5	96	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.251	1.9	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.238	7.2	96	0.00
6		Aniline	40.000	38.407	4.0	95	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.448	4.4	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.223	4.4	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.403	-6.0	88	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.252	4.4	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.443	3.9	94	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.923	7.7	94	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.791	5.5	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.599	6.0	95	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.118	2.2	94	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.483	3.8	92	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.947	2.6	94	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.120	4.7	95	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.988	2.5	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.039	2.4	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.192	4.5	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.636	4.2	95	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.408	4.0	95	0.00
25		Isophorone	40.000	38.367	4.1	93	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.407	1.5	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.268	4.3	93	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.344	4.1	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.083	4.8	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.253	4.4	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.938	5.2	94	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.730	5.7	88	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.537	6.2	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.387	4.0	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	34.006	15.0	89	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.887	7.8	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.004	5.0	93	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.193	4.5	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.883	0.3	95	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.179	-2.9	92	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	74.438	7.0	92	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.429	1.4	92	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.974	2.6	92	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.963	1.3	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.231	1.9	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.849	2.9	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019516.D
Acq On : 01 Feb 2024 20:29
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 03:24:40 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.381	4.0	92	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.184	4.5	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.811	8.0	91	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	37.590	6.0	91	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.891	5.3	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.463	8.8	92	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.207	9.5	91	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.283	6.8	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	35.047	12.4	93	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.148	7.1	92	0.00
58		Fluorene	40.000	37.007	7.5	91	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.581	6.0	92	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.418	9.0	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.421	6.4	91	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	34.394	14.0	92	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.525	8.7	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.773	0.6	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.257	1.9	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.421	1.4	90	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.132	2.2	93	0.00
69		Atrazine	40.000	37.384	6.5	91	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.394	1.5	93	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.099	4.8	95	0.00
72		Anthracene	40.000	37.807	5.5	93	0.00
73		Carbazole	40.000	36.457	8.9	96	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.850	5.4	96	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.223	9.4	98	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	103	0.00
77		Benzidine	40.000	41.276	-3.2	118	0.00
78		Pyrene	40.000	37.741	5.6	98	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.107	3.6	100	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.377	4.1	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.062	4.8	103	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.807	3.0	104	0.00
83		Chrysene	40.000	38.095	4.8	103	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.434	3.9	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.019	2.5	100	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.658	3.4	105	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.162	4.6	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.991	5.0	106	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.946	5.1	104	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.697	3.3	104	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.283	4.3	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020124\
Data File : BP019516.D
Acq On : 01 Feb 2024 20:29
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 03:24:40 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0