Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020224\
Data File : BP019518.D
Acq On : 02 Feb 2024 09:13
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 10:21:32 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	80	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.772	0.6	90	0.00
3		Pyridine	40.000	37.626	5.9	80	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.663	-4.2	88	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.567	0.5	87	0.00
6		Aniline	40.000	41.313	-3.3	86	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.884	-2.4	86	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.415	-1.0	85	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.296	14.3	60	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.997	-2.5	86	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.972	-2.4	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.050	-0.1	86	-0.01
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.104	-0.3	86	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.695	0.8	85	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.837	-2.1	83	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.305	-5.8	86	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.896	-2.2	83	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.917	0.2	84	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.313	-0.8	81	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.477	-3.7	86	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	81	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.352	1.6	83	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.003	1.2	84	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.410	1.5	84	0.00
25		Isophorone	40.000	38.811	3.0	81	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.048	-0.1	82	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.338	1.7	82	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.592	1.0	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.232	1.9	82	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.008	2.5	84	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.140	2.1	84	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.504	3.7	78	-0.02
33		4-Chloroaniline	40.000	38.837	2.9	82	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.525	1.2	84	0.00
35		Caprolactam	40.000	35.239	11.9	79	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.255	4.4	81	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.870	2.8	82	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.856	2.9	82	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	76	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.557	-1.4	81	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.149	-5.4	79	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	75.267	5.9	78	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.008	-2.5	81	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.513	-1.3	80	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.257	-1.6	81	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.516	-1.3	80	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.528	-1.3	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020224\
Data File : BP019518.D
Acq On : 02 Feb 2024 09:13
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 10:21:32 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.480	1.3	79	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.724	0.7	80	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.896	5.3	78	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.988	2.5	79	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.557	1.1	80	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	37.532	6.2	80	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.822	10.4	76	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.205	2.0	80	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	36.435	8.9	81	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.911	5.2	78	0.00
58		Fluorene	40.000	38.787	3.0	80	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.383	4.0	79	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.636	8.4	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.706	3.2	79	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.298	9.3	82	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.795	5.5	79	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	78	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.585	-1.5	78	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	41.342	-3.4	79	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.932	-2.3	78	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.314	-0.8	79	0.00
69		Atrazine	40.000	39.318	1.7	80	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.745	-1.9	80	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.886	0.3	82	0.00
72		Anthracene	40.000	39.897	0.3	81	0.00
73		Carbazole	40.000	38.603	3.5	84	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.215	7.0	78	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.076	4.8	85	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	88	0.00
77		Benzidine	40.000	48.327	-20.8	117	0.00
78		Pyrene	40.000	38.504	3.7	85	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.261	4.7	84	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.867	7.8	81	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.362	1.6	91	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.980	0.1	91	0.00
83		Chrysene	40.000	39.493	1.3	91	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.615	8.5	81	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	37.597	6.0	82	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	93	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.150	-0.4	96	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.582	1.0	94	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.026	4.9	94	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.465	1.3	96	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.433	1.4	94	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.027	-0.1	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020224\
Data File : BP019518.D
Acq On : 02 Feb 2024 09:13
Operator : MA/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 02 10:21:32 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP013124.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Feb 01 00:51:48 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0