Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020422\
Data File : BP009036.D
Acq On : 04 Feb 2022 13:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP020422

Quant Time: Feb 04 16:24:10 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 04 14:19:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.283	6.8	96	0.00
3		Pyridine	40.000	34.711	13.2	80	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	35.066	12.3	78	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	79.348	0.8	98	0.00
6		Aniline	40.000	38.965	2.6	92	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.734	0.3	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.069	2.3	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.100	-0.3	97	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.503	1.2	94	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.271	1.8	93	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.409	1.5	98	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.221	1.9	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.132	2.2	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.039	-2.6	91	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.749	3.1	92	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.276	1.8	92	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.309	1.7	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.543	3.6	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.207	2.0	90	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.955	0.1	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.844	-1.1	91	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.013	-0.0	90	0.00
25		Isophorone	40.000	38.653	3.4	83	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.489	-3.7	90	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.543	1.1	87	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.584	1.0	86	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.127	-0.3	88	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.046	-0.1	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.374	1.6	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.351	4.1	78	-0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	39.021	2.4	84	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.823	0.4	91	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.224	9.4	70	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.232	4.4	80	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.712	3.2	85	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.401	4.0	85	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	78	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	42.109	-5.3	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	43.224	-8.1	83	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	76.106	4.9	67	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.854	-4.6	79	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.566	-1.4	77	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.543	-1.9	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	41.242	-3.1	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.775	-1.9	82	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020422\
Data File : BP009036.D
Acq On : 04 Feb 2022 13:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP020422

Quant Time: Feb 04 16:24:10 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 04 14:19:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.727	-1.8	74	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.045	-0.1	78	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.185	4.5	72	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.357	1.6	72	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.778	0.6	78	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.519	1.2	70	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.953	10.1	65	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.274	1.8	76	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.590	3.5	66	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.057	2.4	68	0.00
58		Fluorene	40.000	38.302	4.2	73	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.650	3.4	71	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.357	6.6	68	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.266	4.3	73	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.324	1.7	67	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.052	2.4	71	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	67	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.080	-2.7	64	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.970	-2.4	71	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.796	-2.0	68	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.092	-0.2	68	0.00
69		Atrazine	40.000	39.880	0.3	61	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.262	-3.2	62	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.762	0.6	68	0.00
72		Anthracene	40.000	40.427	-1.1	67	0.00
73		Carbazole	40.000	40.437	-1.1	66	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.737	0.7	59	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.437	-1.1	63	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	67	0.00
77		Benzidine	40.000	43.328	-8.3	61	0.00
78		Pyrene	40.000	36.568	8.6	64	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	72.448	9.4	63	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.172	4.6	59	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.882	-2.2	70	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.708	-4.3	68	0.00
83		Chrysene	40.000	40.179	-0.4	67	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.120	2.2	59	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.581	-4.0	62	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	84	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	41.906	-4.8	102	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.454	-1.1	80	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.517	6.2	76	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.288	-0.7	83	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	41.843	-4.6	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	41.534	-3.8	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP020422\
Data File : BP009036.D
Acq On : 04 Feb 2022 13:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP020422

Quant Time: Feb 04 16:24:10 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020422.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 04 14:19:33 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0