Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP021221\
Data File : BP004727.D
Acq On : 12 Feb 2021 13:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Feb 12 14:14:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 05 18:04:48 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.819	10.5	97	0.00
3		Pyridine	40.000	37.379	6.6	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.305	1.7	106	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	73.906	7.6	103	0.00
6		Aniline	40.000	36.104	9.7	100	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.012	8.7	101	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.978	7.6	105	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	43.976	-9.9	107	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.302	9.2	100	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.914	10.2	100	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.337	9.2	103	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.813	8.0	103	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.705	10.7	101	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	36.974	7.6	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.764	8.1	102	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	36.529	8.7	100	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.779	5.6	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	35.681	10.8	95	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.099	7.3	101	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	40.000	36.547	8.6	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	74.248	7.2	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.596	8.5	97	0.00
25		Isophorone	40.000	36.692	8.3	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.773	-1.9	106	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.078	7.3	99	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.944	10.1	96	-0.01
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.014	5.0	100	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.582	8.5	99	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.294	9.3	99	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.970	0.1	110	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.463	8.8	96	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.363	6.6	101	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.537	1.2	96	-0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.219	9.5	95	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.865	10.3	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.373	9.1	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.548	6.1	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	34.710	13.2	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.375	0.8	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.264	1.8	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.908	5.2	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.424	7.0	95	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.092	7.3	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.177	7.1	97	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP021221\
Data File : BP004727.D
Acq On : 12 Feb 2021 13:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Feb 12 14:14:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 05 18:04:48 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.457	-1.1	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.329	6.7	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.539	8.7	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.312	4.2	94	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.007	7.5	94	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.074	2.3	95	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.013	-2.5	98	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.012	7.5	95	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.351	-0.9	98	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.361	1.6	97	0.00
58		Fluorene	40.000	36.995	7.5	94	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.003	5.0	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.871	7.8	94	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.387	9.0	95	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.513	1.2	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.565	8.6	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.530	-3.8	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.002	5.0	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.233	6.9	94	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.985	5.0	94	0.00
69		Atrazine	40.000	39.794	0.5	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.155	-2.9	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.814	8.0	93	0.00
72		Anthracene	40.000	37.388	6.5	94	0.00
73		Carbazole	40.000	37.854	5.4	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.493	1.3	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	37.453	6.4	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	96	0.00
77		Benzidine	40.000	39.862	0.3	90	0.00
78		Pyrene	40.000	36.851	7.9	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.340	8.3	94	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.891	-2.2	101	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.795	8.0	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.390	-1.0	101	0.00
83		Chrysene	40.000	36.869	7.8	96	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.639	0.9	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.332	-0.8	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	99	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.436	6.4	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.830	7.9	97	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.174	9.6	97	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.010	7.5	98	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.522	6.2	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.152	7.1	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP021221\
Data File : BP004727.D
Acq On : 12 Feb 2021 13:19
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 12 14:14:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP020521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Feb 05 18:04:48 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0