Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031423\
Data File : BP014076.D
Acq On : 14 Mar 2023 10:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 04:00:55 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP030623.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 14 04:15:47 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	135	0.00
2		1,4-Dioxane	0.536	0.512	4.5	120	0.00
3		Pyridine	1.488	1.492	-0.3	123	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.660	0.625	5.3	115	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.233	1.228	0.4	125	0.00
6		Aniline	2.127	2.154	-1.3	128	0.00
7	S	Phenol-d6	1.619	1.635	-1.0	127	0.00
8		2-Chlorophenol	1.321	1.335	-1.1	129	0.00
9		Benzaldehyde	0.810	0.751	7.3	119	0.00
10	C	Phenol	1.685	1.707	-1.3	127	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.334	1.354	-1.5	131	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.451	1.460	-0.6	130	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.468	1.481	-0.9	129	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.406	1.433	-1.9	132	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.320	1.339	-1.4	127	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.453	1.655	-13.9	152#	0.00
17		2-Methylphenol	1.202	1.230	-2.3	131	0.00
18		Hexachloroethane	0.552	0.555	-0.5	127	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.066	1.148	-7.7	139	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.619	1.671	-3.2	134	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	138	0.00
22		Acetophenone	0.561	0.583	-3.9	134	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.438	0.456	-4.1	129	0.00
24		Nitrobenzene	0.448	0.467	-4.2	134	0.00
25		Isophorone	0.806	0.843	-4.6	134	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.195	0.207	-6.2	133	-0.01
27		2,4-Dimethylphenol	0.317	0.338	-6.6	137	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.467	0.498	-6.6	141	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.347	0.366	-5.5	137	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.394	0.413	-4.8	137	0.00
31		Naphthalene	1.099	1.150	-4.6	137	0.00
32		Benzoic acid	0.245	0.236	3.7	123	0.00
33		4-Chloroaniline	0.471	0.498	-5.7	136	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.286	0.293	-2.4	131	0.00
35		Caprolactam	0.099	0.106	-7.1	143	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.387	0.411	-6.2	139	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.811	0.848	-4.6	139	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.756	0.790	-4.5	140	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	142	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.762	0.810	-6.3	141	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.478	0.494	-3.3	133	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.324	0.371	-14.5	153#	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.482	0.514	-6.6	141	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.558	0.603	-8.1	144	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.544	1.624	-5.2	143	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.610	1.696	-5.3	139	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.239	1.301	-5.0	140	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031423\
Data File : BP014076.D
Acq On : 14 Mar 2023 10:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 04:00:55 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP030623.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 14 04:15:47 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.376	0.417	-10.9	141	0.00
49		Acenaphthylene	1.971	2.076	-5.3	141	0.00
50		Dimethylphthalate	1.650	1.730	-4.8	147	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.347	0.374	-7.8	145	0.00
52	C	Acenaphthene	1.186	1.235	-4.1	139	0.00
53		3-Nitroaniline	0.341	0.365	-7.0	142	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.235	0.242	-3.0	141	0.00
55		Dibenzofuran	1.934	2.061	-6.6	141	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.277	0.284	-2.5	141	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.464	0.499	-7.5	142	0.00
58		Fluorene	1.536	1.616	-5.2	143	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.487	0.519	-6.6	144	0.00
60		Diethylphthalate	1.629	1.673	-2.7	142	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.871	0.907	-4.1	140	0.00
62		4-Nitroaniline	0.339	0.363	-7.1	143	0.00
63		Azobenzene	1.507	1.618	-7.4	143	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	147	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.148	0.153	-3.4	142	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.632	0.666	-5.4	143	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.265	0.280	-5.7	145	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.284	0.310	-9.2	148	0.00
69		Atrazine	0.222	0.232	-4.5	154#	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.205	0.224	-9.3	146	0.00
71		Phenanthrene	1.117	1.158	-3.7	144	0.00
72		Anthracene	1.142	1.186	-3.9	143	0.00
73		Carbazole	0.985	1.011	-2.6	144	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.231	1.245	-1.1	144	0.00
75	C	Fluoranthene	1.335	1.336	-0.1	143	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	130	0.00
77		Benzidine	0.378	0.392	-3.7	110	0.00
78		Pyrene	1.535	1.683	-9.6	143	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.213	1.350	-11.3	145	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.582	0.581	0.2	123	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.467	1.515	-3.3	126	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.470	0.464	1.3	115	0.00
83		Chrysene	1.390	1.434	-3.2	125	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.854	0.793	7.1	111	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.386	1.184	14.6	96	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	103	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.545	1.649	-6.7	96	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.310	1.389	-6.0	105	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.298	1.391	-7.2	107	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.249	1.307	-4.6	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.285	1.375	-7.0	97	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.273	1.384	-8.7	97	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031423\
Data File : BP014076.D
Acq On : 14 Mar 2023 10:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 15 04:00:55 2023
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP030623.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Mar 14 04:15:47 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0