Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031722\
Data File : BP009447.D
Acq On : 17 Mar 2022 17:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP031722

Quant Time: Mar 17 18:47:32 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 17 18:26:53 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.302	6.7	90	0.00
3		Pyridine	40.000	41.137	-2.8	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.827	2.9	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.848	2.7	93	0.00
6		Aniline	40.000	41.499	-3.7	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.688	-2.1	98	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.443	1.4	95	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.666	-1.7	100	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.771	-1.9	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.804	0.5	95	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.201	4.5	92	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.149	4.6	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.793	3.0	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.979	-4.9	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.263	-0.7	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.440	-3.6	99	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.844	5.4	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	42.505	-6.3	103	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.328	-5.8	101	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	100	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.462	1.3	101	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.757	1.6	100	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.375	1.6	101	0.00
25		Isophorone	40.000	40.924	-2.3	106	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.393	-1.0	102	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.322	-0.8	102	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.857	0.4	102	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.833	0.4	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.017	5.0	97	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.905	2.7	100	0.00
32		Benzoic acid	40.000	45.991	-15.0	114	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.686	-4.2	106	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.971	7.6	94	0.00
35		Caprolactam	40.000	44.477	-11.2	118	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.918	-4.8	109	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.557	1.1	103	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.859	0.4	103	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	109	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.181	7.0	103	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.108	12.2	100	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.625	0.5	112	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.182	2.0	108	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.264	1.8	109	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.184	6.0	104	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.778	5.6	105	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.661	5.8	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031722\
Data File : BP009447.D
Acq On : 17 Mar 2022 17:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP031722

Quant Time: Mar 17 18:47:32 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 17 18:26:53 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.609	-4.0	114	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.002	2.5	109	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.225	1.9	110	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.129	-0.3	111	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.566	3.6	108	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.298	-3.2	115	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.552	-1.4	118	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.965	2.6	110	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.741	-9.4	118	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.467	-3.7	114	0.00
58		Fluorene	40.000	39.049	2.4	111	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.470	-1.2	113	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.336	1.7	111	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.682	3.3	109	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.693	-6.7	118	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.853	0.4	112	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	113	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.437	-6.1	115	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.264	4.3	111	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.820	5.4	111	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.891	5.3	110	0.00
69		Atrazine	40.000	39.980	0.1	112	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.157	-5.4	115	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.803	3.0	114	0.00
72		Anthracene	40.000	39.196	2.0	115	0.00
73		Carbazole	40.000	39.577	1.1	115	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.769	3.1	112	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.508	1.2	116	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	123	0.00
77		Benzidine	40.000	38.895	2.8	126	0.00
78		Pyrene	40.000	37.724	5.7	117	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.688	6.6	115	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	37.723	5.7	117	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.642	3.4	123	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.619	3.5	123	0.00
83		Chrysene	40.000	38.268	4.3	121	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.422	6.4	117	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	37.731	5.7	120	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	124	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.487	3.8	122	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.949	5.1	122	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.147	-0.4	127	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.974	2.6	125	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.459	3.9	122	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.339	4.2	122	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP031722\
Data File : BP009447.D
Acq On : 17 Mar 2022 17:09
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP031722

Quant Time: Mar 17 18:47:32 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Mar 17 18:26:53 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0