Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032621\
Data File : BP005060.D
Acq On : 26 Mar 2021 13:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 26 14:21:47 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 26 13:21:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.566	0.523	7.6	99	0.00
3		Pyridine	1.407	1.455	-3.4	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.503	0.502	0.2	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.300	1.277	1.8	99	0.00
6		Aniline	2.110	2.112	-0.1	99	0.00
7	S	Phenol-d6	1.862	1.873	-0.6	99	0.00
8		2-Chlorophenol	1.371	1.347	1.8	97	0.00
9		Benzaldehyde	0.948	0.868	8.4	96	0.00
10	C	Phenol	1.908	1.895	0.7	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.397	1.385	0.9	98	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.523	1.492	2.0	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.546	1.502	2.8	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.483	1.450	2.2	98	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.436	1.456	-1.4	97	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.025	1.021	0.4	98	0.00
17		2-Methylphenol	1.218	1.224	-0.5	98	0.00
18		Hexachloroethane	0.589	0.572	2.9	98	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.208	1.236	-2.3	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.663	1.701	-2.3	98	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	0.575	0.574	0.2	99	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.466	0.458	1.7	96	0.00
24		Nitrobenzene	0.491	0.487	0.8	99	0.00
25		Isophorone	0.860	0.878	-2.1	100	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.191	0.196	-2.6	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.306	0.304	0.7	98	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.435	0.447	-2.8	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.343	0.346	-0.9	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.385	0.383	0.5	99	0.00
31		Naphthalene	1.130	1.132	-0.2	100	0.00
32		Benzoic acid	0.227	0.227	0.0	93	0.00
33		4-Chloroaniline	0.457	0.466	-2.0	101	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.248	0.245	1.2	97	0.00
35		Caprolactam	0.112	0.120	-7.1	103	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.414	0.429	-3.6	101	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.816	0.816	0.0	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.765	0.773	-1.0	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.651	0.623	4.3	98	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.354	0.357	-0.8	99	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.261	0.260	0.4	102	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.450	0.449	0.2	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.488	0.477	2.3	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.478	1.427	3.5	99	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.525	1.452	4.8	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.242	1.201	3.3	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032621\
Data File : BP005060.D
Acq On : 26 Mar 2021 13:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Mar 26 14:21:47 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 26 13:21:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.396	0.393	0.8	98	0.00
49		Acenaphthylene	1.931	1.864	3.5	99	0.00
50		Dimethylphthalate	1.540	1.492	3.1	101	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.363	0.356	1.9	99	0.00
52	C	Acenaphthene	1.188	1.140	4.0	99	0.00
53		3-Nitroaniline	0.334	0.334	0.0	98	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.220	0.211	4.1	96	0.00
55		Dibenzofuran	1.948	1.884	3.3	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.274	0.279	-1.8	99	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.479	0.478	0.2	99	0.00
58		Fluorene	1.573	1.533	2.5	100	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.450	0.428	4.9	96	0.00
60		Diethylphthalate	1.507	1.465	2.8	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.835	0.798	4.4	101	0.00
62		4-Nitroaniline	0.343	0.349	-1.7	99	0.00
63		Azobenzene	1.722	1.626	5.6	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.146	0.157	-7.5	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.643	0.648	-0.8	101	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.232	0.232	0.0	98	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.261	0.256	1.9	98	0.00
69		Atrazine	0.214	0.224	-4.7	99	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.172	0.177	-2.9	102	0.00
71		Phenanthrene	1.159	1.136	2.0	97	0.00
72		Anthracene	1.133	1.116	1.5	98	0.00
73		Carbazole	1.064	1.058	0.6	99	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.171	1.201	-2.6	99	0.00
75	C	Fluoranthene	1.364	1.348	1.2	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	0.439	0.490	-11.6	96	0.00
78		Pyrene	1.374	1.400	-1.9	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.099	1.119	-1.8	100	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.510	0.545	-6.9	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.359	1.377	-1.3	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.457	0.475	-3.9	99	0.00
83		Chrysene	1.334	1.345	-0.8	100	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.748	0.796	-6.4	99	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.261	1.331	-5.6	100	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.500	1.492	0.5	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.420	1.390	2.1	99	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.361	1.346	1.1	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.273	1.268	0.4	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.297	1.299	-0.2	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.251	1.248	0.2	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032621\
Data File : BP005060.D
Acq On : 26 Mar 2021 13:39
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 26 14:21:47 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Mar 26 13:21:24 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0