Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032922\
Data File : BP009589.D
Acq On : 29 Mar 2022 11:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 30 04:07:08 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 30 04:00:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	84	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	43.400	-8.5	96	0.00
3		Pyridine	40.000	42.602	-6.5	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.185	-5.5	92	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	84.009	-5.0	91	0.00
6		Aniline	40.000	41.032	-2.6	89	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	85.082	-6.4	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.729	-1.8	89	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.766	-6.9	95	0.00
10	C	Phenol	40.000	42.652	-6.6	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.656	-1.6	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.383	1.5	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.145	2.1	86	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.640	0.9	87	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.504	1.2	86	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	42.873	-7.2	94	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.015	-2.5	90	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.009	2.5	86	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.017	-2.5	91	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.819	-4.5	91	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	86	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.234	-0.6	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.957	-1.2	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.609	-1.5	90	0.00
25		Isophorone	40.000	41.369	-3.4	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.943	0.1	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.473	-3.7	91	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.722	-1.8	90	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.962	-2.4	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.611	3.5	85	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.648	0.9	88	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.163	-2.9	88	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.899	-2.2	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	36.386	9.0	80	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.479	-8.7	100	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.685	-1.7	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.036	-0.1	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.245	-0.6	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.057	7.4	86	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	34.526	13.7	82	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	72.238	9.7	85	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.492	3.8	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.936	2.7	91	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.204	4.7	89	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.630	3.4	91	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.712	3.2	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032922\
Data File : BP009589.D
Acq On : 29 Mar 2022 11:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 30 04:07:08 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 30 04:00:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.169	-5.4	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.006	-0.0	94	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.142	2.1	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.024	-0.1	93	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.520	1.2	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.152	-0.4	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.304	9.2	87	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.461	1.3	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.601	-1.5	92	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.716	-1.8	94	0.00
58		Fluorene	40.000	39.618	1.0	94	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.235	6.9	87	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.239	1.9	93	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.800	5.5	90	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.259	-5.6	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.854	-4.6	99	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.355	-0.9	92	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.355	1.6	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.891	7.8	91	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.186	9.5	88	0.00
69		Atrazine	40.000	39.573	1.1	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	36.561	8.6	84	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.662	0.8	98	0.00
72		Anthracene	40.000	39.957	0.1	98	0.00
73		Carbazole	40.000	40.754	-1.9	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.417	1.5	95	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.588	-1.5	100	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
77		Benzidine	40.000	36.718	8.2	98	0.00
78		Pyrene	40.000	39.401	1.5	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.721	6.6	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.375	1.6	101	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.826	0.4	104	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.033	4.9	100	0.00
83		Chrysene	40.000	40.217	-0.5	105	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.976	2.6	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.137	-0.3	105	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.448	3.9	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.687	3.3	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.742	-1.9	106	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.831	0.4	105	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.069	4.8	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.713	3.2	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP032922\
Data File : BP009589.D
Acq On : 29 Mar 2022 11:18
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Mar 30 04:07:08 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP031722.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 30 04:00:13 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0