Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP040121\
Data File : BP005147.D
Acq On : 01 Apr 2021 21:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 02 02:00:43 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Apr 01 12:23:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.773	-1.9	101	0.00
3		Pyridine	40.000	42.831	-7.1	93	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.838	-2.1	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	82.246	-2.8	96	0.00
6		Aniline	40.000	41.806	-4.5	95	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	83.090	-3.9	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.693	-1.7	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.159	4.6	93	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.692	-4.2	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	41.180	-2.9	95	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.488	1.3	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.628	-1.6	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	41.270	-3.2	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.449	-3.6	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	44.114	-10.3	100	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	42.254	-5.6	96	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.762	0.6	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.829	-4.6	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.349	-5.9	94	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	95	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.694	0.8	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.083	2.4	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.342	4.1	91	0.00
25		Isophorone	40.000	40.750	-1.9	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.291	-3.2	96	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.375	1.6	93	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.919	0.2	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.662	0.8	92	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.157	4.6	91	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.498	3.8	92	0.00
32		Benzoic acid	40.000	41.717	-4.3	93	-0.02
33		4-Chloroaniline	40.000	39.719	0.7	94	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.232	6.9	87	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.745	-4.4	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.060	2.3	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.447	3.9	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.030	2.4	91	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.962	5.1	87	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.898	2.8	86	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	78.861	1.4	90	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.853	0.4	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.062	2.3	89	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.502	4.4	88	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.612	3.5	89	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.750	3.1	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP040121\
Data File : BP005147.D
Acq On : 01 Apr 2021 21:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Apr 02 02:00:43 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Apr 01 12:23:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.377	-3.4	92	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.296	1.8	90	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.898	2.8	91	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.120	2.2	89	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.610	3.5	89	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.181	-3.0	90	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.309	-0.8	90	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.718	3.2	90	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	43.906	-9.8	95	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.722	-4.3	93	0.00
58		Fluorene	40.000	38.805	3.0	89	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.733	3.2	87	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.168	2.1	89	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.841	5.4	89	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.511	-6.3	93	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.150	4.6	87	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.907	-7.3	91	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.795	-2.0	91	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.282	-0.7	89	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.082	2.3	87	0.00
69		Atrazine	40.000	40.440	-1.1	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.954	-2.4	91	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.585	1.0	88	0.00
72		Anthracene	40.000	40.286	-0.7	90	0.00
73		Carbazole	40.000	40.642	-1.6	91	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.260	-5.6	92	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.253	1.9	88	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	91	0.00
77		Benzidine	40.000	45.006	-12.5	88	0.00
78		Pyrene	40.000	39.909	0.2	89	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.702	1.6	88	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	44.694	-11.7	95	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.006	-0.0	91	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.353	-5.9	92	0.00
83		Chrysene	40.000	39.911	0.2	90	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	44.037	-10.1	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	44.585	-11.5	96	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	92	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.658	0.9	91	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.955	5.1	87	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.533	1.2	89	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.585	1.0	90	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.036	-0.1	91	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.854	0.4	90	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP040121\
Data File : BP005147.D
Acq On : 01 Apr 2021 21:23
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Apr 02 02:00:43 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP032321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Apr 01 12:23:57 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0