Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP060421\
Data File : BP005705.D
Acq On : 04 Jun 2021 10:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 11:27:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP052721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 27 16:11:11 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	80	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.452	11.4	75	0.00
3		Pyridine	40.000	38.950	2.6	76	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.308	4.2	78	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.340	2.1	81	0.00
6		Aniline	40.000	36.865	7.8	76	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.688	4.1	78	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.480	1.3	81	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.162	9.6	74	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.110	4.7	78	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.163	9.6	75	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.591	6.0	79	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.570	6.1	78	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.843	5.4	79	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.542	3.6	78	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	32.972	17.6	68	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.009	5.0	78	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.055	7.4	77	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.442	8.9	74	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.101	2.2	79	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	79	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.020	7.4	75	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	86.767	-8.5	85	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.775	-1.9	80	0.00
25		Isophorone	40.000	36.634	8.4	74	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	50.800	-27.0#	113	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.119	4.7	77	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.519	11.2	72	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.585	-4.0	83	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.344	4.1	78	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.861	7.8	75	0.00
32		Benzoic acid	40.000	48.896	-22.2	107	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.839	7.9	74	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.955	0.1	81	0.00
35		Caprolactam	40.000	46.336	-15.8	86	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.292	-0.7	80	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.876	7.8	75	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.740	8.1	75	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	81	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.146	4.6	79	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.486	11.3	72	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	99.164	-24.0	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	44.285	-10.7	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	43.754	-9.4	88	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	73.193	8.5	76	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.888	10.3	75	0.01
47		2-Chloronaphthalene	40.000	36.402	9.0	76	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP060421\
Data File : BP005705.D
Acq On : 04 Jun 2021 10:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 11:27:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP052721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 27 16:11:11 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	44.093	-10.2	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.711	8.2	76	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.334	6.7	78	0.01
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.191	-0.5	90	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	33.682	15.8	70	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.956	-4.9	91	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.914	-12.3	103	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.308	9.2	76	0.01
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.269	-5.7	92	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.863	-9.7	95	0.00
58		Fluorene	40.000	35.623	10.9	74	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	45.740	-14.4	93	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.783	8.0	77	0.01
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.526	8.7	77	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.415	-3.5	89	0.01
63		Azobenzene	40.000	34.122	14.7	70	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	82	0.01
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	47.708	-19.3	110	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.952	10.1	76	0.01
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.965	2.6	82	0.01
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.885	2.8	83	0.00
69		Atrazine	40.000	41.497	-3.7	81	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.720	-6.8	87	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.965	10.1	77	0.00
72		Anthracene	40.000	35.713	10.7	76	0.00
73		Carbazole	40.000	35.816	10.5	76	0.01
74		Di-n-butylphthalate	40.000	36.787	8.0	76	0.01
75	C	Fluoranthene	40.000	36.770	8.1	78	0.01
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	79	0.01
77		Benzidine	40.000	50.558	-26.4#	79	0.01
78		Pyrene	40.000	37.707	5.7	77	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.737	5.3	77	0.01
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.055	2.4	84	0.01
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.894	7.8	75	0.01
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.960	-4.9	81	0.01
83		Chrysene	40.000	37.188	7.0	76	0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.830	2.9	76	0.01
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.199	-3.0	80	0.01
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	86	0.02
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.202	7.0	81	0.03
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.380	11.5	78	0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.811	10.5	77	0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.601	8.5	80	0.02
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.096	7.3	81	0.03
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.168	7.1	81	0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP060421\
Data File : BP005705.D
Acq On : 04 Jun 2021 10:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 04 11:27:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP052721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu May 27 16:11:11 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1