Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA P\Data\BP061520\
Data File : BP002405.D
Acq On : 15 Jun 2020 11:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 15 13:06:27 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP060520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 05 15:08:53 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	63	0.00
2		1,4-Dioxane	0.498	0.515	-3.4	64	0.00
3		Pyridine	1.353	1.465	-8.3	68	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.558	0.567	-1.6	60	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.081	1.085	-0.4	61	0.00
6		Aniline	1.957	2.034	-3.9	62	0.00
7	S	Phenol-d6	1.439	1.483	-3.1	61	0.00
8		2-Chlorophenol	1.215	1.217	-0.2	59	0.00
9		Benzaldehyde	0.735	0.759	-3.3	59	0.00
10	C	Phenol	1.561	1.615	-3.5	62	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.303	1.349	-3.5	62	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.399	1.377	1.6	60	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.408	1.380	2.0	59	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.349	1.345	0.3	60	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.115	1.137	-2.0	60	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.849	1.898	-2.7	62	0.00
17		2-Methylphenol	1.140	1.169	-2.5	61	0.00
18		Hexachloroethane	0.513	0.507	1.2	60	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.962	1.027	-6.8	63	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.539	1.579	-2.6	60	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	61	0.00
22		Acetophenone	0.449	0.470	-4.7	62	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.335	0.349	-4.2	62	0.00
24		Nitrobenzene	0.360	0.374	-3.9	62	0.00
25		Isophorone	0.682	0.706	-3.5	61	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.160	0.161	-0.6	58	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.252	0.253	-0.4	59	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.406	0.421	-3.7	62	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.283	0.281	0.7	59	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.316	0.309	2.2	58	0.00
31		Naphthalene	0.929	0.938	-1.0	61	0.00
32		Benzoic acid	0.191	0.187	2.1	51	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.406	0.411	-1.2	59	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.184	0.180	2.2	59	0.00
35		Caprolactam	0.100	0.100	0.0	56	-0.02
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.307	0.307	0.0	58	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.659	0.663	-0.6	60	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.619	0.627	-1.3	60	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	60	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.527	0.524	0.6	59	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.280	0.276	1.4	56	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.191	0.196	-2.6	59	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.373	0.366	1.9	56	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.432	0.430	0.5	57	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA P\Data\BP061520\
Data File : BP002405.D
Acq On : 15 Jun 2020 11:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 15 13:06:27 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP060520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 05 15:08:53 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.189	1.192	-0.3	62	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.311	1.324	-1.0	60	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.072	1.081	-0.8	60	0.00
48		2-Nitroaniline	0.342	0.358	-4.7	59	0.00
49		Acenaphthylene	1.711	1.738	-1.6	59	0.00
50		Dimethylphthalate	1.370	1.373	-0.2	58	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.298	0.300	-0.7	57	0.00
52	C	Acenaphthene	1.002	1.032	-3.0	61	0.00
53		3-Nitroaniline	0.340	0.343	-0.9	56	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.163	0.151	7.4	50#	0.00
55		Dibenzofuran	1.614	1.645	-1.9	59	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.270	0.262	3.0	53	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.405	0.407	-0.5	55	0.00
58		Fluorene	1.270	1.233	2.9	63	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.343	0.344	-0.3	57	0.00
60		Diethylphthalate	1.373	1.363	0.7	57	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.615	0.644	-4.7	63	0.00
62		4-Nitroaniline	0.327	0.332	-1.5	57	0.00
63		Azobenzene	1.367	1.444	-5.6	62	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	56	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.106	0.107	-0.9	53	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.511	0.545	-6.7	60	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.189	0.201	-6.3	58	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.201	0.195	3.0	54	0.00
69		Atrazine	0.167	0.163	2.4	52	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.120	0.120	0.0	52	0.00
71		Phenanthrene	0.936	0.991	-5.9	59	0.00
72		Anthracene	0.929	0.974	-4.8	59	0.00
73		Carbazole	0.914	0.962	-5.3	58	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.082	1.119	-3.4	57	0.00
75	C	Fluoranthene	1.117	1.168	-4.6	57	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	61	0.00
77		Benzidine	0.447	0.441	1.3	54	0.00
78		Pyrene	1.225	1.233	-0.7	59	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.763	0.824	-8.0	64	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.545	0.517	5.1	54	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.142	1.147	-0.4	59	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.424	0.414	2.4	54	0.00
83		Chrysene	1.082	1.117	-3.2	61	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.792	0.768	3.0	56	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.389	1.339	3.6	56	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	57	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.251	1.254	-0.2	55	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA P\Data\BP061520\
Data File : BP002405.D
Acq On : 15 Jun 2020 11:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 15 13:06:27 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA P\METHODS\8270-BP060520.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 05 15:08:53 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.079	1.126	-4.4	56	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.025	1.005	2.0	56	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.011	1.019	-0.8	55	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.003	1.027	-2.4	56	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.039	1.014	2.4	54	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0