Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP062921\
Data File : BP006090.D
Acq On : 29 Jun 2021 14:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 29 15:16:57 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP060821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 28 11:34:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.563	0.561	0.4	97	0.00
3		Pyridine	1.323	1.522	-15.0	106	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.615	0.557	9.4	88	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.246	1.366	-9.6	106	0.00
6		Aniline	1.804	2.022	-12.1	109	0.00
7	S	Phenol-d6	1.616	1.862	-15.2	111	0.00
8		2-Chlorophenol	1.429	1.584	-10.8	109	0.00
9		Benzaldehyde	0.689	0.890	-29.2#	114	0.00
10	C	Phenol	1.614	1.841	-14.1	112	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.223	1.390	-13.7	112	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.598	1.698	-6.3	105	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.630	1.728	-6.0	105	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.558	1.665	-6.9	105	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.217	1.319	-8.4	104	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.130	1.216	-7.6	105	0.00
17		2-Methylphenol	1.100	1.252	-13.8	110	0.00
18		Hexachloroethane	0.589	0.621	-5.4	102	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.994	1.115	-12.2	109	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.485	1.693	-14.0	110	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	91	0.00
22		Acetophenone	0.526	0.598	-13.7	109	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.408	0.447	-9.6	105	0.00
24		Nitrobenzene	0.424	0.448	-5.7	104	0.00
25		Isophorone	0.753	0.814	-8.1	105	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.202	0.228	-12.9	109	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.301	0.333	-10.6	109	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.393	0.436	-10.9	110	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.362	0.387	-6.9	106	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.407	0.425	-4.4	105	0.00
31		Naphthalene	1.157	1.243	-7.4	107	0.00
32		Benzoic acid	0.193	0.225	-16.6	98	0.01
33		4-Chloroaniline	0.467	0.504	-7.9	107	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.275	0.285	-3.6	105	0.00
35		Caprolactam	0.104	0.119	-14.4	105	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.367	0.402	-9.5	108	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.824	0.871	-5.7	106	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.776	0.811	-4.5	104	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	86	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.704	0.782	-11.1	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.297	0.318	-7.1	93	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.343	0.371	-8.2	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.483	0.510	-5.6	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.520	0.538	-3.5	94	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.523	1.685	-10.6	102	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.613	1.795	-11.3	101	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.317	1.413	-7.3	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP062921\
Data File : BP006090.D
Acq On : 29 Jun 2021 14:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 29 15:16:57 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP060821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 28 11:34:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.346	0.387	-11.8	102	0.00
49		Acenaphthylene	2.020	2.182	-8.0	100	0.00
50		Dimethylphthalate	1.644	1.740	-5.8	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.374	0.403	-7.8	100	0.00
52	C	Acenaphthene	1.227	1.310	-6.8	101	0.00
53		3-Nitroaniline	0.362	0.394	-8.8	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.191	0.249	-30.4#	110	0.00
55		Dibenzofuran	2.018	2.098	-4.0	98	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.294	0.275	6.5	84	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	0.500	0.549	-9.8	99	0.00
58		Fluorene	1.572	1.659	-5.5	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.458	0.459	-0.2	92	0.00
60		Diethylphthalate	1.650	1.729	-4.8	98	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.815	0.847	-3.9	98	0.00
62		4-Nitroaniline	0.373	0.405	-8.6	100	0.00
63		Azobenzene	1.493	1.557	-4.3	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	79	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.147	0.167	-13.6	96	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.663	0.750	-13.1	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.257	0.282	-9.7	95	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.308	0.337	-9.4	96	0.00
69		Atrazine	0.206	0.216	-4.9	78	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.171	0.164	4.1	76	0.00
71		Phenanthrene	1.201	1.313	-9.3	95	0.00
72		Anthracene	1.182	1.309	-10.7	95	0.00
73		Carbazole	1.135	1.244	-9.6	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.315	1.507	-14.6	98	0.00
75	C	Fluoranthene	1.459	1.586	-8.7	95	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.00
77		Benzidine	0.416	0.514	-23.6	91	0.00
78		Pyrene	1.396	1.452	-4.0	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.068	1.192	-11.6	102	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.574	0.654	-13.9	103	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.444	1.530	-6.0	98	0.01
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.499	0.534	-7.0	100	0.00
83		Chrysene	1.398	1.514	-8.3	100	0.01
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.842	0.973	-15.6	105	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.507	1.733	-15.0	105	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	84	0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.710	1.802	-5.4	98	0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	1.370	1.455	-6.2	97	0.02
89		Benzo(k)fluoranthene	1.328	1.458	-9.8	101	0.02
90	C	Benzo(a)pyrene	1.288	1.384	-7.5	99	0.02
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.472	1.553	-5.5	97	0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.454	1.506	-3.6	96	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP062921\
Data File : BP006090.D
Acq On : 29 Jun 2021 14:06
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jun 29 15:16:57 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP060821.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jun 28 11:34:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0