Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070821\
Data File : BP006137.D
Acq On : 08 Jul 2021 13:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 14:20:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	89	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	41.587	-4.0	96	0.00
3		Pyridine	40.000	44.192	-10.5	97	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	42.628	-6.6	98	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	83.024	-3.8	93	0.00
6		Aniline	40.000	41.213	-3.0	93	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	82.940	-3.7	93	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.670	-1.7	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	40.125	-0.3	90	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.247	-3.1	93	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.603	-1.5	91	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.800	0.5	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.574	1.1	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.824	0.4	89	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.059	-5.1	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.165	-2.9	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	41.269	-3.2	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.438	-1.1	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.345	-3.4	94	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.436	-3.6	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.150	-2.9	91	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.947	-3.7	92	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.803	-4.5	94	0.00
25		Isophorone	40.000	41.303	-3.3	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.327	-3.3	87	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.449	-3.6	89	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.510	-3.8	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.097	-2.7	88	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.942	0.1	87	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.221	-0.6	90	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.535	3.7	89	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.350	-3.4	88	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.080	2.3	84	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.127	-5.3	91	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.563	-3.9	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.231	-0.6	89	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.060	-0.2	88	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	87	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.439	-1.1	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.311	1.7	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.673	2.9	78	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.016	-2.5	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.261	-0.7	84	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.394	-0.5	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.535	-1.3	88	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.226	-0.6	87	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070821\
Data File : BP006137.D
Acq On : 08 Jul 2021 13:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 14:20:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.728	-6.8	92	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.614	-1.5	88	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.033	-0.1	87	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.208	-3.0	88	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.955	0.1	88	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.851	-4.6	87	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.455	3.9	88	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.182	-0.5	87	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.041	2.4	90	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.270	-3.2	86	0.00
58		Fluorene	40.000	40.399	-1.0	88	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.909	0.2	82	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.398	-1.0	89	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.496	1.3	84	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.603	3.5	86	0.00
63		Azobenzene	40.000	42.162	-5.4	93	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	87	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.436	1.4	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.624	-1.6	87	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.178	2.1	81	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.769	3.1	79	0.00
69		Atrazine	40.000	40.534	-1.3	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.380	-3.5	85	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.380	-1.0	87	0.00
72		Anthracene	40.000	40.330	-0.8	86	0.00
73		Carbazole	40.000	40.934	-2.3	87	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.118	-2.8	88	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.588	-1.5	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	85	0.00
77		Benzidine	40.000	44.439	-11.1	87	0.00
78		Pyrene	40.000	40.981	-2.5	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	80.911	-1.1	83	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.012	-2.5	88	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.324	-0.8	85	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.368	-0.9	83	0.00
83		Chrysene	40.000	39.963	0.1	85	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.032	-2.6	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.741	-1.9	89	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	82	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.748	-1.9	82	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	41.802	-4.5	82	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.412	-1.0	84	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	41.086	-2.7	83	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.691	-1.7	81	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.494	-1.2	82	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070821\
Data File : BP006137.D
Acq On : 08 Jul 2021 13:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 08 14:20:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0