Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070921\
Data File : BP006158.D
Acq On : 09 Jul 2021 13:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 09 14:15:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	89	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.356	1.6	90	0.00
3		Pyridine	40.000	42.492	-6.2	93	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	40.564	-1.4	93	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	81.386	-1.7	91	-0.01
6		Aniline	40.000	40.681	-1.7	92	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	81.250	-1.6	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.161	-0.4	90	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.599	1.0	89	0.00
10	C	Phenol	40.000	40.904	-2.3	92	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	40.137	-0.3	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.648	0.9	89	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.553	1.1	88	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.279	1.8	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	42.150	-5.4	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.824	2.9	89	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.752	-1.9	90	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.265	-0.7	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	41.153	-2.9	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.417	-3.5	91	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	88	0.00
22		Acetophenone	40.000	41.190	-3.0	90	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.245	-4.1	91	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.095	-2.7	91	0.00
25		Isophorone	40.000	41.623	-4.1	91	-0.01
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.710	-6.8	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	41.364	-3.4	88	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.379	-3.4	90	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.181	-5.5	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.966	0.1	86	0.00
31		Naphthalene	40.000	40.015	-0.0	88	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.447	-6.1	99	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	41.998	-5.0	89	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.604	1.0	84	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.825	-9.6	93	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	42.404	-6.0	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.408	-1.0	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.900	0.3	86	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	85	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.503	-1.3	83	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.548	8.6	73	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.602	-2.0	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.871	-4.7	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	42.258	-5.6	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	81.141	-1.4	86	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	40.705	-1.8	87	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	40.659	-1.6	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070921\
Data File : BP006158.D
Acq On : 09 Jul 2021 13:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 09 14:15:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.663	-9.2	92	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.805	-2.0	86	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.845	-2.1	87	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.784	-4.5	87	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.433	-1.1	87	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.236	-8.1	88	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.791	-4.5	95	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	40.506	-1.3	86	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.971	-2.4	93	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.759	-6.9	87	0.00
58		Fluorene	40.000	40.446	-1.1	86	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.420	-3.6	83	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	41.161	-2.9	88	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	40.038	-0.1	83	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.850	-2.1	89	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.352	-3.4	90	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.667	-1.7	88	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.361	-0.9	86	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.839	0.4	81	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.405	1.5	80	0.00
69		Atrazine	40.000	41.068	-2.7	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.316	-8.3	88	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.192	-0.5	86	0.00
72		Anthracene	40.000	40.789	-2.0	87	0.00
73		Carbazole	40.000	41.292	-3.2	87	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.116	-5.3	90	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.985	-2.5	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	83	0.00
77		Benzidine	40.000	41.488	-3.7	80	0.00
78		Pyrene	40.000	41.391	-3.5	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.271	-1.6	82	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.757	-6.9	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.355	-0.9	84	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.917	-4.8	84	0.00
83		Chrysene	40.000	40.106	-0.3	83	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	42.552	-6.4	91	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.836	-7.1	92	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	84	0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.872	0.3	82	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.768	-1.9	82	0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.164	-0.4	85	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.980	0.1	83	0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.059	-0.1	82	0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.608	1.0	82	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP070921\
Data File : BP006158.D
Acq On : 09 Jul 2021 13:28
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 09 14:15:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP070721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jul 07 16:08:13 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0