Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072321\
Data File : BP006290.D
Acq On : 23 Jul 2021 16:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 17:30:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 14:48:03 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.421	1.4	86	-0.01
3		Pyridine	40.000	41.088	-2.7	88	-0.02
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	43.760	-9.4	94	-0.02
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.982	-1.2	88	-0.01
6		Aniline	40.000	42.392	-6.0	91	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	84.003	-5.0	90	-0.01
8		2-Chlorophenol	40.000	41.349	-3.4	90	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	41.430	-3.6	90	-0.01
10	C	Phenol	40.000	42.203	-5.5	90	-0.01
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	42.198	-5.5	91	-0.01
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.229	-0.6	89	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	40.242	-0.6	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	40.292	-0.7	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	43.525	-8.8	92	-0.01
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	43.353	-8.4	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	42.759	-6.9	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.774	-1.9	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	44.757	-11.9	95	-0.01
20		3+4-Methylphenols	40.000	42.813	-7.0	91	-0.01
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	91	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.392	-1.0	92	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.754	-3.4	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.268	-3.2	94	0.00
25		Isophorone	40.000	42.260	-5.6	95	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.892	-4.7	92	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.778	-1.9	92	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	40.912	-2.3	94	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.537	-1.3	91	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.967	2.6	90	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.577	1.1	91	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.027	-0.1	91	-0.01
33		4-Chloroaniline	40.000	40.590	-1.5	92	-0.01
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.866	2.8	90	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.851	-7.1	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.713	-4.3	94	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.966	0.1	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.063	-0.2	92	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.687	3.3	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.966	0.1	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	73.309	8.4	85	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.423	-1.1	93	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.341	-0.9	93	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.663	2.9	93	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.230	1.9	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.963	2.6	93	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072321\
Data File : BP006290.D
Acq On : 23 Jul 2021 16:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 17:30:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 14:48:03 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.354	-8.4	96	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.719	0.7	93	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.378	1.6	94	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.961	-2.4	93	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.109	2.2	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.605	-4.0	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.224	1.9	92	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.878	2.8	93	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.710	-4.3	93	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.514	-3.8	93	0.00
58		Fluorene	40.000	39.057	2.4	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.674	0.8	92	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.093	-0.2	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.631	3.4	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.887	-4.7	94	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.738	-4.3	96	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.786	0.5	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.803	0.5	93	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.780	10.5	84	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.614	3.5	92	0.00
69		Atrazine	40.000	40.505	-1.3	94	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	40.894	-2.2	92	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.126	2.2	94	0.00
72		Anthracene	40.000	39.892	0.3	94	0.00
73		Carbazole	40.000	40.064	-0.2	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.698	-4.2	96	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.078	2.3	93	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	92	0.00
77		Benzidine	40.000	42.833	-7.1	87	0.00
78		Pyrene	40.000	41.053	-2.6	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	81.942	-2.4	94	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	43.839	-9.6	96	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.747	0.6	92	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.163	-2.9	91	0.00
83		Chrysene	40.000	40.040	-0.1	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	43.969	-9.9	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	43.728	-9.3	97	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	92	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.683	0.8	91	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.288	1.8	92	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	40.927	-2.3	93	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.239	-0.6	92	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.755	0.6	91	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.569	1.1	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072321\
Data File : BP006290.D
Acq On : 23 Jul 2021 16:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Jul 23 17:30:48 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072221.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 22 14:48:03 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0