Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080421\
Data File : BP006488.D
Acq On : 04 Aug 2021 10:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 04 11:43:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	112	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.644	8.4	104	0.00
3		Pyridine	40.000	37.810	5.5	101	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	37.928	5.2	102	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.728	5.3	103	0.00
6		Aniline	40.000	39.606	1.0	102	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.706	1.6	103	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.728	3.2	103	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.930	2.7	107	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.386	1.5	103	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.410	1.5	105	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.254	4.4	104	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.621	3.4	105	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.337	4.2	103	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.609	-1.5	104	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.092	2.3	102	-0.01
17		2-Methylphenol	40.000	39.966	0.1	103	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.213	4.5	105	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.468	-1.2	102	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.599	-1.5	103	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	112	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.294	4.3	102	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.953	3.8	103	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.302	4.2	103	0.00
25		Isophorone	40.000	39.474	1.3	103	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.744	0.6	104	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.402	1.5	105	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.298	4.3	103	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.801	3.0	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.839	5.4	105	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.203	4.5	104	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.189	4.5	102	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.072	2.3	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.459	6.4	105	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.671	-1.7	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.934	0.2	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.722	3.2	103	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.538	3.7	103	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	109	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.640	5.9	102	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.905	0.2	106	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.629	3.0	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.474	1.3	103	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.919	2.7	101	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.968	5.0	102	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.170	4.6	102	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.207	4.5	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080421\
Data File : BP006488.D
Acq On : 04 Aug 2021 10:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 04 11:43:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	39.996	0.0	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.499	3.8	101	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.324	4.2	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.905	2.7	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.349	4.1	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.390	1.5	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.119	2.2	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.311	4.2	101	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.624	0.9	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.478	1.3	99	0.00
58		Fluorene	40.000	38.105	4.7	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.737	3.2	99	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.114	4.7	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.955	5.1	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	39.986	0.0	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.179	2.1	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	105	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.458	3.9	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.745	3.1	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.404	4.0	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.167	4.6	100	0.00
69		Atrazine	40.000	38.717	3.2	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.802	0.5	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.523	3.7	99	0.00
72		Anthracene	40.000	38.770	3.1	98	0.00
73		Carbazole	40.000	38.873	2.8	97	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.048	2.4	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.235	4.4	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
77		Benzidine	40.000	43.596	-9.0	95	0.00
78		Pyrene	40.000	38.955	2.6	96	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.686	4.1	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.780	0.5	95	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.988	5.0	94	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.083	2.3	94	0.00
83		Chrysene	40.000	38.114	4.7	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.410	4.0	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.706	3.2	93	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.483	3.8	93	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.228	4.4	93	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.021	2.4	94	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.837	2.9	93	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.488	3.8	93	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.365	4.1	93	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP080421\
Data File : BP006488.D
Acq On : 04 Aug 2021 10:31
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 04 11:43:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 03 15:41:30 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0