Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081721\
Data File : BP006687.D
Acq On : 16 Aug 2021 17:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 16 18:19:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.159	4.6	88	0.00
3		Pyridine	40.000	36.609	8.5	80	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.074	9.8	79	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	74.624	6.7	83	0.00
6		Aniline	40.000	36.652	8.4	77	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.158	8.6	78	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.326	6.7	81	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.512	11.2	80	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.420	8.9	78	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.336	9.2	79	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.534	6.2	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.149	7.1	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.289	6.8	82	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	36.127	9.7	75	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	35.373	11.6	75	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.272	6.8	78	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.932	2.7	87	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.265	9.3	75	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.374	6.6	77	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	36.278	9.3	78	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	73.619	8.0	80	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	36.524	8.7	80	0.00
25		Isophorone	40.000	36.075	9.8	76	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.235	4.4	81	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	35.397	11.5	76	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.154	12.1	76	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.598	8.5	77	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.754	10.6	80	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.823	10.4	79	0.00
32		Benzoic acid	40.000	35.913	10.2	77	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	35.505	11.2	75	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.051	7.4	84	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.252	9.4	71	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.409	9.0	75	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.454	11.4	76	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.395	11.5	76	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	86	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	35.640	10.9	76	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	35.580	11.1	74	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	74.151	7.3	75	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.101	7.2	76	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	35.947	10.1	73	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.166	11.0	76	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.811	10.5	76	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.745	10.6	75	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081721\
Data File : BP006687.D
Acq On : 16 Aug 2021 17:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 16 18:19:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	36.855	7.9	73	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.405	9.0	75	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.186	12.0	73	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.031	9.9	72	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.829	10.4	74	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.389	9.0	72	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.072	9.8	74	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	35.721	10.7	74	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	36.716	8.2	71	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.405	6.5	74	0.00
58		Fluorene	40.000	36.009	10.0	74	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	36.802	8.0	75	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.204	9.5	74	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.539	11.2	74	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.900	7.8	71	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.674	5.8	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	84	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	35.669	10.8	73	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.279	11.8	73	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.646	10.9	74	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.220	12.0	74	0.00
69		Atrazine	40.000	36.036	9.9	72	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.554	6.1	74	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.840	10.4	74	0.00
72		Anthracene	40.000	36.281	9.3	74	0.00
73		Carbazole	40.000	36.147	9.6	73	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.558	6.1	76	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	35.947	10.1	73	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	85	0.00
77		Benzidine	40.000	36.145	9.6	66	0.00
78		Pyrene	40.000	35.283	11.8	73	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	70.580	11.8	74	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	37.556	6.1	75	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.459	11.4	73	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	35.871	10.3	73	0.00
83		Chrysene	40.000	35.616	11.0	74	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.630	5.9	77	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.322	1.7	80	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	87	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.500	8.8	76	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.151	12.1	74	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.274	9.3	75	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.275	9.3	75	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.252	9.4	76	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.923	7.7	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081721\
Data File : BP006687.D
Acq On : 16 Aug 2021 17:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 16 18:19:20 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0