Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081921\
Data File : BP006771.D
Acq On : 19 Aug 2021 09:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 19 11:07:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	0.567	0.521	8.1	89	0.00
3		Pyridine	1.666	1.459	12.4	80	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.629	0.526	16.4	77	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.302	1.216	6.6	87	0.00
6		Aniline	2.009	1.769	11.9	77	0.00
7	S	Phenol-d6	1.850	1.661	10.2	80	0.00
8		2-Chlorophenol	1.409	1.305	7.4	84	0.00
9		Benzaldehyde	1.113	0.956	14.1	80	0.00
10	C	Phenol	1.855	1.640	11.6	78	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.408	1.244	11.6	80	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.468	1.360	7.4	86	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.490	1.384	7.1	86	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.430	1.331	6.9	85	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.387	1.204	13.2	75	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.676	1.404	16.2	74	0.00
17		2-Methylphenol	1.171	1.079	7.9	81	0.00
18		Hexachloroethane	0.590	0.571	3.2	90	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.241	1.111	10.5	77	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.594	1.473	7.6	80	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	0.530	0.475	10.4	80	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.433	0.392	9.5	81	0.00
24		Nitrobenzene	0.450	0.402	10.7	81	0.00
25		Isophorone	0.778	0.700	10.0	79	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.164	0.160	2.4	86	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.274	0.246	10.2	80	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.416	0.365	12.3	79	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.278	0.258	7.2	81	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.299	0.269	10.0	84	0.00
31		Naphthalene	1.075	0.958	10.9	81	0.00
32		Benzoic acid	0.212	0.194	8.5	82	0.00
33		4-Chloroaniline	0.435	0.384	11.7	78	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.174	0.163	6.3	88	0.00
35		Caprolactam	0.100	0.091	9.0	74	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.353	0.327	7.4	80	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.728	0.647	11.1	79	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.692	0.613	11.4	79	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	89	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.523	0.470	10.1	80	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.278	0.233	16.2	73	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.197	5.7	79	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.357	0.339	5.0	81	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.396	0.366	7.6	79	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.337	1.196	10.5	79	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.514	1.350	10.8	79	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.166	1.042	10.6	79	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081921\
Data File : BP006771.D
Acq On : 19 Aug 2021 09:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 19 11:07:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.411	0.375	8.8	75	0.00
49		Acenaphthylene	1.880	1.695	9.8	78	0.00
50		Dimethylphthalate	1.456	1.299	10.8	77	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.325	0.291	10.5	75	0.00
52	C	Acenaphthene	1.144	1.015	11.3	77	0.00
53		3-Nitroaniline	0.360	0.321	10.8	73	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.170	0.149	12.4	75	0.00
55		Dibenzofuran	1.799	1.581	12.1	76	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.313	0.281	10.2	72	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.436	0.403	7.6	76	0.00
58		Fluorene	1.438	1.270	11.7	76	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.332	0.305	8.1	78	0.00
60		Diethylphthalate	1.529	1.390	9.1	78	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.651	0.580	10.9	77	0.00
62		4-Nitroaniline	0.382	0.335	12.3	71	0.00
63		Azobenzene	1.783	1.636	8.2	77	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	86	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.122	0.110	9.8	75	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.629	0.554	11.9	74	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.192	0.174	9.4	78	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.218	0.194	11.0	77	0.00
69		Atrazine	0.196	0.176	10.2	74	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.139	0.130	6.5	76	0.00
71		Phenanthrene	1.128	0.999	11.4	75	0.00
72		Anthracene	1.090	0.981	10.0	75	0.00
73		Carbazole	1.112	0.975	12.3	72	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.267	1.190	6.1	78	0.00
75	C	Fluoranthene	1.266	1.116	11.8	73	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	82	0.00
77		Benzidine	0.500	0.417	16.6	59	0.00
78		Pyrene	1.336	1.212	9.3	73	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.998	0.920	7.8	75	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.587	0.577	1.7	76	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.307	1.181	9.6	72	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.343	0.302	12.0	69	0.00
83		Chrysene	1.267	1.141	9.9	72	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.883	0.854	3.3	76	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.455	1.488	-2.3	80	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.450	1.330	8.3	75	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.300	1.151	11.5	73	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.248	1.103	11.6	72	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.166	1.055	9.5	74	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.254	1.149	8.4	75	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.202	1.109	7.7	76	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP081921\
Data File : BP006771.D
Acq On : 19 Aug 2021 09:12
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 19 11:07:15 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Aug 16 18:17:59 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0