Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006791.D
Acq On : 20 Aug 2021 09:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 20 11:26:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.726	10.7	93	0.00
3		Pyridine	40.000	34.778	13.1	86	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	32.387	19.0	80	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	73.657	7.9	92	0.00
6		Aniline	40.000	35.337	11.7	83	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	71.330	10.8	86	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.200	7.0	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	34.142	14.6	86	0.00
10	C	Phenol	40.000	35.155	12.1	84	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	35.398	11.5	86	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.047	7.4	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.921	7.7	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.993	7.5	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.428	11.4	83	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	33.416	16.5	80	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	36.779	8.1	87	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.291	4.3	96	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	35.863	10.3	83	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.452	6.4	87	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	103	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.338	11.7	87	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	71.259	10.9	88	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	35.220	12.0	87	0.00
25		Isophorone	40.000	35.823	10.4	86	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.916	2.7	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	35.724	10.7	87	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.262	11.8	87	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.136	7.2	89	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.002	10.0	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.531	11.2	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.382	6.5	92	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	35.148	12.1	85	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.720	5.7	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.165	9.6	81	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.715	8.2	86	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.695	10.8	87	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.587	11.0	87	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	98	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.511	8.7	89	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	33.576	16.1	80	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	74.869	6.4	86	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.002	5.0	89	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	37.380	6.5	87	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	71.717	10.4	87	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.739	10.7	87	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.704	10.7	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006791.D
Acq On : 20 Aug 2021 09:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 20 11:26:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	35.903	10.2	81	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	35.776	10.6	85	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.327	11.7	83	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.093	9.8	83	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.338	11.7	84	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	35.394	11.5	80	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	34.975	12.6	82	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	35.185	12.0	84	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	34.695	13.3	76	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	36.568	8.6	82	0.00
58		Fluorene	40.000	35.118	12.2	83	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.010	7.5	86	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.041	9.9	84	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.430	11.4	84	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	34.678	13.3	77	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.068	9.8	83	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	36.878	7.8	83	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.619	11.0	81	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.241	6.9	86	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.341	9.1	84	0.00
69		Atrazine	40.000	36.845	7.9	81	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.974	5.1	83	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.278	11.8	80	0.00
72		Anthracene	40.000	36.322	9.2	82	0.00
73		Carbazole	40.000	35.346	11.6	78	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.533	3.7	86	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	35.679	10.8	80	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	89	0.00
77		Benzidine	40.000	33.964	15.1	65	0.00
78		Pyrene	40.000	36.497	8.8	79	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.000	7.5	81	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.242	-0.6	84	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.827	10.4	77	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	36.064	9.8	76	0.00
83		Chrysene	40.000	35.823	10.4	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	39.868	0.3	85	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.582	-4.0	88	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	90	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.866	7.8	80	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	36.070	9.8	79	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	36.093	9.8	78	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.782	8.0	79	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.851	7.9	80	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	37.013	7.5	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006791.D
Acq On : 20 Aug 2021 09:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 20 11:26:01 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0