Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006804.D
Acq On : 20 Aug 2021 17:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 21 00:57:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	34.232	14.4	86	0.00
3		Pyridine	40.000	33.351	16.6	79	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	30.249	24.4	73	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	73.436	8.2	89	0.00
6		Aniline	40.000	34.850	12.9	79	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	70.142	12.3	82	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.027	7.4	88	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	32.421	18.9	79	0.00
10	C	Phenol	40.000	34.735	13.2	80	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	34.507	13.7	81	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.971	7.6	89	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.773	8.1	89	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.854	7.9	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	34.613	13.5	79	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	31.089	22.3	72	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	36.509	8.7	83	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.218	7.0	91	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.643	13.4	77	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	36.817	8.0	83	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	35.035	12.4	82	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	69.863	12.7	82	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	34.184	14.5	81	0.00
25		Isophorone	40.000	35.458	11.4	81	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.881	0.3	91	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	35.799	10.5	83	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	34.194	14.5	80	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.601	6.0	86	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	36.115	9.7	87	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.358	11.6	84	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.260	4.4	89	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	35.172	12.1	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.625	5.9	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.770	8.1	78	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.242	9.4	81	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.477	11.3	83	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.405	11.5	83	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.854	7.9	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	32.948	17.6	74	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	77.327	3.3	84	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	38.979	2.6	86	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.130	4.7	84	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.483	9.4	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	35.884	10.3	82	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.874	10.3	81	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006804.D
Acq On : 20 Aug 2021 17:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Aug 21 00:57:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	35.871	10.3	76	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	36.444	8.9	81	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.855	10.4	79	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.500	8.8	79	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.483	11.3	79	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	36.051	9.9	77	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.560	8.6	80	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	35.260	11.9	79	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	35.335	11.7	73	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.593	6.0	80	0.00
58		Fluorene	40.000	35.460	11.3	78	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.966	5.1	83	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.048	9.9	79	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.813	10.5	80	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	35.733	10.7	74	0.00
63		Azobenzene	40.000	34.997	12.5	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	89	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.294	6.8	80	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	35.542	11.1	77	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	36.851	7.9	81	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	36.308	9.2	81	0.00
69		Atrazine	40.000	36.530	8.7	77	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.718	5.7	79	0.00
71		Phenanthrene	40.000	35.141	12.1	77	0.00
72		Anthracene	40.000	35.660	10.9	77	0.00
73		Carbazole	40.000	35.116	12.2	74	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.277	4.3	81	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	35.372	11.6	76	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	84	0.00
77		Benzidine	40.000	37.172	7.1	67	0.00
78		Pyrene	40.000	36.829	7.9	75	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	73.932	7.6	77	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.825	-2.1	80	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	36.134	9.7	74	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.510	6.2	75	0.00
83		Chrysene	40.000	35.934	10.2	74	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.094	-0.2	81	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.365	-5.9	84	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	88	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.144	9.6	76	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	34.689	13.3	74	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.215	12.0	74	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	36.126	9.7	75	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.840	10.4	76	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.300	9.3	77	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP082021\
Data File : BP006804.D
Acq On : 20 Aug 2021 17:21
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Aug 21 00:57:32 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP080321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Aug 20 11:25:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0