Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
Data File : BP006995.D
Acq On : 16 Sep 2021 14:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
ClientSampleId : ICVBP091621

Quant Time: Sep 16 15:31:33 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 16 15:16:52 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	104	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.348	6.6	106	0.00
3		Pyridine	40.000	38.684	3.3	106	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.231	4.4	106	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.112	4.9	105	0.00
6		Aniline	40.000	38.079	4.8	103	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	75.400	5.7	103	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.598	6.0	103	-0.01
9		Benzaldehyde	40.000	40.991	-2.5	104	-0.01
10	C	Phenol	40.000	37.449	6.4	102	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.891	7.8	102	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.756	8.1	102	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.971	7.6	103	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.718	8.2	102	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	38.478	3.8	103	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.444	8.9	101	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.053	4.9	102	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.234	6.9	103	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.552	6.1	101	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.926	5.2	101	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	101	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.641	5.9	100	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.911	3.9	101	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.941	5.1	102	0.00
25		Isophorone	40.000	38.829	2.9	102	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.627	-4.1	106	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.661	3.3	102	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.547	6.1	100	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.480	1.3	103	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.030	4.9	102	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.298	6.8	101	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.173	4.6	110	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.923	2.7	102	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.833	2.9	105	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.203	-5.5	106	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.838	2.9	102	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.836	5.4	101	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	37.596	6.0	101	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.162	4.6	103	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.701	0.7	103	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	82.606	-3.3	107	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.905	0.2	103	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.270	1.8	103	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.085	6.1	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.298	6.8	101	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.682	5.8	102	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
Data File : BP006995.D
Acq On : 16 Sep 2021 14:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
ClientSampleId : ICVBP091621

Quant Time: Sep 16 15:31:33 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 16 15:16:52 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.632	-1.6	103	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.593	3.5	102	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.287	4.3	103	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.179	-0.4	104	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.421	6.4	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.833	-2.1	104	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.188	-3.0	109	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.476	6.3	102	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.083	-5.2	104	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.587	-4.0	104	0.00
58		Fluorene	40.000	37.706	5.7	102	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.809	0.5	105	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.415	4.0	103	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.909	5.2	102	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.967	-4.9	106	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.250	4.4	101	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	103	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.755	-1.9	108	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.313	4.2	104	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.683	3.3	104	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.514	3.7	105	0.00
69		Atrazine	40.000	42.081	-5.2	106	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.093	-5.2	107	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.576	6.1	103	0.00
72		Anthracene	40.000	38.517	3.7	104	0.00
73		Carbazole	40.000	38.467	3.8	103	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.348	-0.9	106	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.588	3.5	105	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	106	0.00
77		Benzidine	40.000	36.892	7.8	95	0.00
78		Pyrene	40.000	38.460	3.8	105	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.798	4.0	103	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.441	-3.6	108	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.137	4.7	105	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.008	-2.5	106	0.00
83		Chrysene	40.000	37.536	6.2	104	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.352	-3.4	107	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	41.844	-4.6	107	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	108	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.336	4.2	107	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.879	5.3	106	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.600	3.5	106	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.729	3.2	107	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.275	4.3	107	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.351	4.1	108	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
Data File : BP006995.D
Acq On : 16 Sep 2021 14:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP091621

Quant Time: Sep 16 15:31:33 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 16 15:16:52 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0