Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007018.D
Acq On : 17 Sep 2021 09:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 10:56:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	36.153	9.6	87	0.00
3		Pyridine	40.000	38.887	2.8	91	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.474	3.8	91	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.868	5.2	89	0.00
6		Aniline	40.000	39.019	2.5	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.967	3.8	89	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	38.108	4.7	88	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.135	-5.3	90	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.279	4.3	89	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.179	4.6	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.014	7.5	87	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.002	7.5	87	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.294	6.8	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.616	1.0	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.964	2.6	92	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.703	3.2	88	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.837	5.4	89	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.221	-0.6	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.021	2.4	88	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.379	4.1	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.721	1.6	91	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.833	2.9	91	0.00
25		Isophorone	40.000	40.262	-0.7	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.336	-3.3	92	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.121	2.2	90	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.685	3.3	91	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.320	1.7	90	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.483	6.3	88	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.688	5.8	89	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.643	-1.6	103	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.312	1.7	90	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.445	6.4	88	0.00
35		Caprolactam	40.000	43.943	-9.9	97	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.102	-0.3	92	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.320	4.2	90	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.343	4.1	90	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	91	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	36.817	8.0	89	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.137	9.7	84	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.937	-1.2	93	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.422	1.4	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.154	2.1	92	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.988	6.3	90	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.333	6.7	90	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.456	6.4	90	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007018.D
Acq On : 17 Sep 2021 09:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 10:56:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.467	-6.2	96	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.639	3.4	91	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.719	3.2	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.148	-0.4	92	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.855	5.4	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.450	-3.6	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.177	-2.9	97	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.567	6.1	91	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.973	-7.4	94	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	42.066	-5.2	94	0.00
58		Fluorene	40.000	38.298	4.3	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.090	-0.2	94	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.657	0.9	95	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.723	5.7	90	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.545	-6.4	95	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.993	0.0	94	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.177	-0.4	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.046	4.9	94	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.312	6.7	91	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.460	6.3	93	0.00
69		Atrazine	40.000	42.134	-5.3	96	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.100	-5.3	97	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.701	5.7	94	0.00
72		Anthracene	40.000	38.484	3.8	94	0.00
73		Carbazole	40.000	38.860	2.9	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.602	-4.0	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.103	2.2	97	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
77		Benzidine	40.000	41.192	-3.0	96	0.00
78		Pyrene	40.000	38.476	3.8	97	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.171	3.5	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.735	-4.3	100	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.297	4.3	98	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.569	-3.9	100	0.00
83		Chrysene	40.000	38.093	4.8	98	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.993	-5.0	100	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	43.000	-7.5	102	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.387	4.0	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.852	2.9	101	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.064	4.8	97	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.969	2.6	99	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.207	4.5	99	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.222	4.4	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007018.D
Acq On : 17 Sep 2021 09:42
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 10:56:25 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0