Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007022.D
Acq On : 17 Sep 2021 12:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 12:40:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.314	6.7	98	0.00
3		Pyridine	40.000	39.781	0.5	102	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.492	1.3	102	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.884	3.9	98	0.00
6		Aniline	40.000	38.728	3.2	98	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	77.038	3.7	98	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.937	5.2	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.260	-5.6	99	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.185	4.5	97	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.472	6.3	97	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	37.283	6.8	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.217	7.0	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	37.229	6.9	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.238	1.9	98	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.338	4.2	99	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	38.813	3.0	97	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.839	5.4	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.224	1.9	98	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.217	2.0	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	96	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.192	4.5	96	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.406	2.0	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.787	3.0	98	0.00
25		Isophorone	40.000	39.537	1.2	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	41.844	-4.6	101	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.975	2.6	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.307	4.2	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.181	2.0	97	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	37.807	5.5	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.541	6.1	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.568	3.6	105	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.198	2.0	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.013	5.0	97	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.545	-6.4	101	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.850	0.4	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.029	4.9	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.038	4.9	97	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	37.673	5.8	97	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	36.425	8.9	90	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.501	-0.6	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.331	-0.8	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.448	1.4	98	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	75.537	5.6	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.680	5.8	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.730	5.7	97	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007022.D
Acq On : 17 Sep 2021 12:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 12:40:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	42.081	-5.2	101	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.919	2.7	97	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.698	3.3	99	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.453	-1.1	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.570	6.1	96	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.145	-2.9	100	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.371	-0.9	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.798	5.5	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.834	-7.1	100	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.984	-5.0	100	0.00
58		Fluorene	40.000	38.105	4.7	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.193	-0.5	100	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.987	2.5	99	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.057	4.9	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.358	-5.9	101	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.342	1.6	98	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.894	-2.2	102	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.318	4.2	98	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.418	4.0	98	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.309	4.2	99	0.00
69		Atrazine	40.000	42.260	-5.6	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	42.073	-5.2	101	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.813	5.5	98	0.00
72		Anthracene	40.000	38.564	3.6	98	0.00
73		Carbazole	40.000	38.825	2.9	98	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	40.797	-2.0	101	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.687	3.3	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	41.809	-4.5	100	0.00
78		Pyrene	40.000	38.471	3.8	100	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.726	2.8	99	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.058	-2.6	101	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.452	3.9	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.469	-3.7	102	0.00
83		Chrysene	40.000	37.799	5.5	99	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.680	-4.2	102	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.258	-5.6	103	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	101	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.348	4.1	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.162	4.6	101	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	38.600	3.5	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.872	2.8	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.429	3.9	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.214	4.5	101	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091721\
Data File : BP007022.D
Acq On : 17 Sep 2021 12:05
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 17 12:40:53 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP091621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Sep 17 10:50:16 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0