Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP092321\
Data File : BP007129.D
Acq On : 23 Sep 2021 17:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 23 18:04:45 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 23 11:17:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	0.00
2		1,4-Dioxane	0.483	0.443	8.3	94	0.00
3		Pyridine	1.322	1.217	7.9	91	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.453	0.411	9.3	90	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.195	1.130	5.4	96	0.00
6		Aniline	1.800	1.668	7.3	91	0.00
7	S	Phenol-d6	1.633	1.523	6.7	92	0.00
8		2-Chlorophenol	1.299	1.234	5.0	96	0.00
9		Benzaldehyde	0.920	0.851	7.5	90	0.00
10	C	Phenol	1.574	1.447	8.1	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.243	1.126	9.4	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.465	1.400	4.4	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.493	1.427	4.4	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.447	1.378	4.8	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.046	1.009	3.5	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.423	1.239	12.9	87	0.00
17		2-Methylphenol	1.061	1.004	5.4	93	0.00
18		Hexachloroethane	0.501	0.483	3.6	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.888	0.810	8.8	90	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.468	1.386	5.6	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	94	0.00
22		Acetophenone	0.482	0.466	3.3	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.343	0.332	3.2	92	0.00
24		Nitrobenzene	0.327	0.314	4.0	90	0.00
25		Isophorone	0.599	0.580	3.2	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.171	0.181	-5.8	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.269	0.262	2.6	92	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.422	0.391	7.3	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.314	0.317	-1.0	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.357	0.354	0.8	96	0.00
31		Naphthalene	1.021	0.973	4.7	92	0.00
32		Benzoic acid	0.207	0.230	-11.1	100	0.01
33		4-Chloroaniline	0.422	0.409	3.1	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.214	0.223	-4.2	101	0.00
35		Caprolactam	0.096	0.100	-4.2	94	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.319	0.314	1.6	93	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.715	0.690	3.5	93	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.698	0.676	3.2	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	95	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.612	0.612	0.0	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.339	0.347	-2.4	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.259	0.287	-10.8	105	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.418	0.428	-2.4	97	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.450	0.460	-2.2	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.396	1.348	3.4	94	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.488	1.425	4.2	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.152	1.111	3.6	94	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP092321\
Data File : BP007129.D
Acq On : 23 Sep 2021 17:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Sep 23 18:04:45 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 23 11:17:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.281	0.283	-0.7	93	0.00
49		Acenaphthylene	1.775	1.731	2.5	93	0.00
50		Dimethylphthalate	1.438	1.410	1.9	95	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.294	0.300	-2.0	96	0.00
52	C	Acenaphthene	1.075	1.040	3.3	93	0.00
53		3-Nitroaniline	0.318	0.324	-1.9	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.169	0.192	-13.6	101	0.00
55		Dibenzofuran	1.794	1.728	3.7	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.258	0.277	-7.4	95	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.388	0.410	-5.7	98	0.00
58		Fluorene	1.386	1.343	3.1	93	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.395	0.411	-4.1	100	0.00
60		Diethylphthalate	1.394	1.384	0.7	96	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.732	0.721	1.5	95	0.00
62		4-Nitroaniline	0.320	0.339	-5.9	96	0.00
63		Azobenzene	1.208	1.147	5.0	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.120	0.131	-9.2	100	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.595	0.573	3.7	95	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.219	0.220	-0.5	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.242	0.246	-1.7	101	0.00
69		Atrazine	0.210	0.214	-1.9	98	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.150	0.160	-6.7	101	0.00
71		Phenanthrene	1.072	1.026	4.3	95	0.00
72		Anthracene	1.049	1.032	1.6	97	0.00
73		Carbazole	1.028	1.007	2.0	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.139	1.166	-2.4	99	0.00
75	C	Fluoranthene	1.236	1.214	1.8	97	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00
77		Benzidine	0.615	0.687	-11.7	106	0.00
78		Pyrene	1.312	1.285	2.1	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.044	1.035	0.9	95	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.525	0.549	-4.6	98	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.298	1.259	3.0	94	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.446	0.468	-4.9	99	0.00
83		Chrysene	1.241	1.207	2.7	93	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.755	0.783	-3.7	97	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.286	1.387	-7.9	101	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.437	1.405	2.2	101	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	1.195	1.144	4.3	98	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	1.210	1.117	7.7	97	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.015	0.975	3.9	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.205	1.167	3.2	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.175	1.148	2.3	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP092321\
Data File : BP007129.D
Acq On : 23 Sep 2021 17:33
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 23 18:04:45 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Sep 23 11:17:25 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0