Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100621\
Data File : BP007348.D
Acq On : 06 Oct 2021 11:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 06 12:27:39 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 01 12:49:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	66	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	40.402	-1.0	70	-0.01
3		Pyridine	40.000	40.281	-0.7	67	-0.01
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	45.730	-14.3	77	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	80.145	-0.2	69	-0.01
6		Aniline	40.000	38.925	2.7	65	-0.01
7	S	Phenol-d6	80.000	78.725	1.6	66	-0.01
8		2-Chlorophenol	40.000	38.727	3.2	66	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.410	6.5	62	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.865	2.8	65	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.074	4.8	64	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.559	3.6	66	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.472	3.8	66	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.503	3.7	66	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.118	-0.3	67	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.257	4.4	65	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.228	1.9	66	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.566	1.1	68	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.668	3.3	65	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.217	2.0	65	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	64	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.235	-0.6	66	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.441	-3.1	67	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.118	-2.8	66	0.00
25		Isophorone	40.000	41.252	-3.1	67	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.866	-7.2	68	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.662	0.8	64	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.334	4.2	63	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.437	-1.1	65	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.356	1.6	65	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.851	2.9	64	0.00
32		Benzoic acid	40.000	42.039	-5.1	65	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.283	-0.7	65	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.267	-0.7	66	-0.01
35		Caprolactam	40.000	43.858	-9.6	68	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.066	-2.7	66	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.897	2.8	64	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.737	3.2	64	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	65	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.261	1.8	64	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	38.816	3.0	62	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.348	-4.2	67	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.128	-0.3	65	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.788	0.5	64	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	77.985	2.5	65	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.578	3.6	64	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.061	2.3	65	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100621\
Data File : BP007348.D
Acq On : 06 Oct 2021 11:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 06 12:27:39 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 01 12:49:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.717	-14.3	72	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.835	0.4	65	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.807	0.5	66	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.806	-4.5	67	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.087	2.3	64	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	42.589	-6.5	67	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	39.421	1.4	60	0.01
55		Dibenzofuran	40.000	39.165	2.1	65	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.623	3.4	59	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	43.641	-9.1	69	0.00
58		Fluorene	40.000	39.776	0.6	65	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.658	0.9	65	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.562	-1.4	67	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.480	1.3	65	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	44.978	-12.4	70	0.00
63		Azobenzene	40.000	41.469	-3.7	68	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	66	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.654	-4.1	65	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.792	3.0	65	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.053	2.4	66	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.424	1.4	67	0.00
69		Atrazine	40.000	40.331	-0.8	66	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.048	2.4	64	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.748	3.1	66	0.00
72		Anthracene	40.000	39.701	0.7	67	0.00
73		Carbazole	40.000	40.346	-0.9	67	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.872	-4.7	69	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.549	-1.4	68	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	68	0.00
77		Benzidine	40.000	36.053	9.9	61	0.00
78		Pyrene	40.000	38.962	2.6	68	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	79.104	1.1	68	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.130	-5.3	71	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.370	1.6	68	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.943	0.1	67	0.00
83		Chrysene	40.000	38.884	2.8	67	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.554	-3.9	70	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	42.302	-5.8	71	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	70	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.972	0.1	71	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	39.480	1.3	70	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.917	5.2	69	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.454	1.4	71	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.677	0.8	71	0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.224	1.9	70	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100621\
Data File : BP007348.D
Acq On : 06 Oct 2021 11:24
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 06 12:27:39 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP092121.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 01 12:49:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0