Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP102720\
Data File : BP003749.D
Acq On : 27 Oct 2020 10:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 27 11:52:26 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270-BP101920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 16:22:21 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.030	12.4	89	0.00
3		Pyridine	40.000	36.440	8.9	90	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	32.692	18.3	80	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	73.315	8.4	90	0.00
6		Aniline	40.000	37.027	7.4	91	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	73.725	7.8	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.470	6.3	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.287	11.8	87	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.118	7.2	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.827	7.9	90	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.399	9.0	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.383	9.0	91	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	36.507	8.7	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	35.844	10.4	87	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.407	9.0	90	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.478	6.3	91	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	35.862	10.3	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	36.070	9.8	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.668	5.8	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	34.792	13.0	89	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	68.235	14.7	86	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	33.961	15.1	87	0.00
25		Isophorone	40.000	35.134	12.2	88	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.232	4.4	94	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	36.274	9.3	92	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	35.562	11.1	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	36.690	8.3	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	35.606	11.0	92	0.00
31		Naphthalene	40.000	35.673	10.8	92	0.00
32		Benzoic acid	40.000	38.576	3.6	103	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	36.352	9.1	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	33.953	15.1	88	0.00
35		Caprolactam	40.000	38.252	4.4	93	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.210	9.5	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	35.993	10.0	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.085	9.8	92	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	101	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	34.448	13.9	91	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	33.078	17.3	85	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	75.833	5.2	97	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	36.710	8.2	94	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	35.772	10.6	92	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	69.446	13.2	92	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	34.856	12.9	93	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	35.180	12.1	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP102720\
Data File : BP003749.D
Acq On : 27 Oct 2020 10:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Oct 27 11:52:26 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270-BP101920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 16:22:21 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	34.534	13.7	87	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	35.426	11.4	93	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	35.261	11.8	93	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	36.756	8.1	95	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	35.502	11.2	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	37.923	5.2	96	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	35.604	11.0	96	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	35.040	12.4	93	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	38.436	3.9	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.267	6.8	94	0.00
58		Fluorene	40.000	35.056	12.4	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.228	6.9	94	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	34.748	13.1	91	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	34.783	13.0	93	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	36.890	7.8	93	0.00
63		Azobenzene	40.000	33.157	17.1	87	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	37.420	6.4	98	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	34.766	13.1	92	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	35.267	11.8	94	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	35.275	11.8	94	0.00
69		Atrazine	40.000	35.024	12.4	91	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.797	5.5	99	0.00
71		Phenanthrene	40.000	34.873	12.8	93	0.00
72		Anthracene	40.000	35.450	11.4	94	0.00
73		Carbazole	40.000	35.681	10.8	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	35.288	11.8	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	35.325	11.7	93	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	32.048	19.9	81	0.00
78		Pyrene	40.000	34.814	13.0	94	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	68.736	14.1	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	35.900	10.3	93	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	35.414	11.5	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.423	6.4	98	0.00
83		Chrysene	40.000	35.333	11.7	95	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	35.575	11.1	92	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.541	8.6	94	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	111	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	37.751	5.6	109	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	35.021	12.4	98	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	35.095	12.3	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	35.596	11.0	100	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.002	5.0	109	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.575	3.6	112	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP102720\
Data File : BP003749.D
Acq On : 27 Oct 2020 10:40
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 27 11:52:26 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_P\METHODS\8270-BP101920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 26 16:22:21 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0