Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111821\
Data File : BP008017.D
Acq On : 18 Nov 2021 15:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 17:13:28 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.874	10.3	89	0.00
3		Pyridine	40.000	36.625	8.4	89	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.485	-3.7	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.733	5.3	91	0.00
6		Aniline	40.000	39.342	1.6	90	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.324	4.6	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.923	0.2	91	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.468	3.8	85	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.487	1.3	90	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.011	7.5	89	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.938	0.2	91	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.554	1.1	91	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.308	4.2	91	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	41.705	-4.3	94	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	40.624	-1.6	90	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.016	-0.0	90	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.931	-2.3	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.169	2.1	93	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	40.819	-2.0	91	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	92	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.556	-1.4	92	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	82.365	-3.0	93	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	40.896	-2.2	92	0.00
25		Isophorone	40.000	41.097	-2.7	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.752	-6.9	93	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.888	-2.2	91	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.356	1.6	90	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	41.978	-4.9	93	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.475	-1.2	93	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.784	0.5	91	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.337	-8.3	91	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.683	-1.7	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	42.218	-5.5	95	0.00
35		Caprolactam	40.000	42.974	-7.4	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	41.973	-4.9	95	-0.01
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.289	-0.7	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.329	-0.8	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.647	-1.6	93	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	41.540	-3.8	96	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.026	-5.0	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	41.817	-4.5	94	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.748	-4.4	95	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	79.518	0.6	95	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.427	1.4	92	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.940	0.2	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111821\
Data File : BP008017.D
Acq On : 18 Nov 2021 15:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 17:13:28 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	43.676	-9.2	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	40.700	-1.8	92	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	40.634	-1.6	95	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.518	-3.8	94	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.568	1.1	91	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.499	-3.7	92	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	44.491	-11.2	93	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.921	5.2	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	40.220	-0.5	89	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.338	-3.3	94	0.00
58		Fluorene	40.000	37.332	6.7	95	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.438	-1.1	95	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.869	2.8	93	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	38.523	3.7	94	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.536	-1.3	93	0.00
63		Azobenzene	40.000	38.741	3.1	92	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	92	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	44.699	-11.7	93	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.310	-0.8	93	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	41.141	-2.9	93	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.754	-4.4	95	0.00
69		Atrazine	40.000	41.221	-3.1	92	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	45.576	-13.9	97	0.00
71		Phenanthrene	40.000	40.240	-0.6	94	0.00
72		Anthracene	40.000	40.712	-1.8	94	0.00
73		Carbazole	40.000	40.435	-1.1	93	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	41.436	-3.6	93	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.800	-2.0	94	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	94	0.00
77		Benzidine	40.000	36.858	7.9	77	0.00
78		Pyrene	40.000	40.974	-2.4	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	82.433	-3.0	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	41.359	-3.4	93	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.457	-1.1	95	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.380	-3.5	93	0.00
83		Chrysene	40.000	39.935	0.2	94	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	41.213	-3.0	96	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.509	-1.3	91	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	89	-0.01
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.256	1.9	87	-0.02
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.878	-2.2	93	-0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.144	-2.9	90	-0.01
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.709	-1.8	90	-0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	39.427	1.4	87	-0.02
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.737	3.2	86	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111821\
Data File : BP008017.D
Acq On : 18 Nov 2021 15:30
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 18 17:13:28 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP111321.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 15 05:36:49 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0