Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP120221\
Data File : BP008185.D
Acq On : 02 Dec 2021 10:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 02 11:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP112521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 01 12:06:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.414	11.5	95	0.00
3		Pyridine	40.000	37.341	6.6	98	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	36.926	7.7	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.125	6.1	97	0.00
6		Aniline	40.000	36.533	8.7	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	72.915	8.9	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	36.477	8.8	96	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	38.022	4.9	94	0.00
10	C	Phenol	40.000	36.091	9.8	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.233	9.4	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.798	8.0	96	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	36.829	7.9	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	35.647	10.9	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.937	5.2	100	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	34.588	13.5	93	0.01
17		2-Methylphenol	40.000	36.711	8.2	97	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.056	7.4	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	34.548	13.6	97	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	36.117	9.7	96	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	96	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.336	4.2	98	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.883	3.9	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.949	5.1	97	0.00
25		Isophorone	40.000	37.395	6.5	99	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.822	0.4	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.513	6.2	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	36.577	8.6	95	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	38.983	2.5	98	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.864	2.8	99	0.00
31		Naphthalene	40.000	37.262	6.8	96	0.00
32		Benzoic acid	40.000	37.256	6.9	92	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.574	6.1	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	41.118	-2.8	105	0.00
35		Caprolactam	40.000	37.182	7.0	99	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.214	4.5	100	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	36.644	8.4	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	36.973	7.6	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.816	-2.0	101	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	34.786	13.0	80	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	83.443	-4.3	107	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.366	-0.9	100	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.705	0.7	99	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.960	1.3	100	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.576	3.6	97	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.071	2.3	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP120221\
Data File : BP008185.D
Acq On : 02 Dec 2021 10:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_P
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Dec 02 11:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP112521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 01 12:06:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.472	-1.2	100	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.396	6.5	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.453	6.4	97	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.341	4.1	97	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	37.132	7.2	95	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	37.645	5.9	94	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.105	-0.3	93	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	36.688	8.3	94	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	35.722	10.7	87	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	37.809	5.5	95	0.00
58		Fluorene	40.000	35.129	12.2	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.958	2.6	100	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.036	7.4	96	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	35.746	10.6	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	37.455	6.4	92	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.703	8.2	93	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.967	-2.4	95	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.357	4.1	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.084	-0.2	100	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.007	-2.5	102	0.00
69		Atrazine	40.000	37.315	6.7	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.915	5.2	89	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.189	7.0	93	0.00
72		Anthracene	40.000	37.745	5.6	94	0.00
73		Carbazole	40.000	36.153	9.6	90	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	34.736	13.2	89	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	32.705	18.2	88	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	78	0.00
77		Benzidine	40.000	40.460	-1.2	69	0.00
78		Pyrene	40.000	43.051	-7.6	86	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	91.481	-14.4	93	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.398	4.0	79	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.867	5.3	79	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	35.107	12.2	76	0.00
83		Chrysene	40.000	37.454	6.4	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	33.526	16.2	76	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	32.760	18.1	67	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	66	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.503	11.2	62	-0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.488	3.8	68	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.439	1.4	68	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.876	5.3	66	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	35.723	10.7	63	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	34.825	12.9	61	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP120221\
Data File : BP008185.D
Acq On : 02 Dec 2021 10:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Dec 02 11:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP112521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 01 12:06:05 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0