Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG010419\
Data File : BG038939.D
Acq On : 4 Jan 2019 21:06
Operator : JU/SJ
Sample : K1043-01
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : HB-1319-WS

Quant Time: Jan 04 23:11:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	8.05	152	25922	20.00	ng		-0.01
21) Naphthalene-d8	10.86	136	108858	20.00	ng		-0.02
39) Acenaphthene-d10	14.69	164	72481	20.00	ng		-0.01
64) Phenanthrene-d10	17.44	188	160715	20.00	ng		0.00
76) Chrysene-d12	21.71	240	165250	20.00	ng		-0.01
87) Perylene-d12	25.01	264	179287	20.00	ng		-0.01
System Monitoring Compounds							
5) 2-Fluorophenol	5.60	112	81260	55.60	ng		0.00
7) Phenol-d6	7.21	99	71129	35.45	ng		0.00
23) Nitrobenzene-d5	9.23	82	163161	76.57	ng		-0.01
42) 2,4,6-Tribromophenol	16.18	330	138497	138.65	ng		-0.01
45) 2-Fluorobiphenyl	13.30	172	447382	84.68	ng		-0.01
79) Terphenyl-d14	20.04	244	715645	94.25	ng		0.00
Target Compounds							Qvalue
31) Naphthalene	10.91	128	18057	3.367	ng	#	95
37) 2-Methylnaphthalene	12.52	142	16896	4.416	ng		93
38) 1-Methylnaphthalene	12.73	142	11132	2.998	ng	#	99
50) Dimethylphthalate	14.13	163	21556	3.642	ng		98
84) Bis(2-ethylhexyl)phthalate	21.56	149	17902	2.959	ng	#	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (LSC Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG010419\
Data File : BG038939.D
Acq On : 4 Jan 2019 21:06
Operator : JU/SJ
Sample : K1043-01
Misc :
ALS Vial : 12 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
HB-1319-WS

Quant Time: Jan 04 23:11:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration