Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG012919\
Data File : BG039321.D
Acq On : 29 Jan 2019 17:43
Operator : JU/SJ
Sample : K1016-12
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** TR-05-012819

Quant Time: Jan 30 03:07:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG012919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 29 15:41:51 2019
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 8.18 | 152 | 36793 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 21) Naphthalene-d8 | 11.01 | 136 | 155031 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 39) Acenaphthene-d10 | 14.81 | 164 | 99327 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 64) Phenanthrene-d10 | 17.55 | 188 | 254545 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 76) Chrysene-d12 | 21.84 | 240 | 274962 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 87) Perylene-d12 | 25.24 | 264 | 269855 | 20.00 | ng | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.72 | 112 | 314587 | 146.34 | ng | 0.00 |
| 7) Phenol-d6 | 7.32 | 99 | 420515 | 132.89 | ng | 0.00 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.36 | 82 | 278955 | 112.41 | ng | 0.00 |
| 42) 2,4,6-Tribromophenol | 16.29 | 330 | 170223 | 159.15 | ng | 0.00 |
| 45) 2-Fluorobiphenyl | 13.43 | 172 | 680114 | 98.23 | ng | 0.00 |
| 79) Terphenyl-d14 | 20.15 | 244 | 1189875 | 91.60 | ng | 0.00 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG012919\
Data File : BG039321.D
Acq On : 29 Jan 2019 17:43
Operator : JU/SJ
Sample : K1016-12
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
TR-05-012819

Quant Time: Jan 30 03:07:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG012919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 29 15:41:51 2019
Response via : Initial Calibration