Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG021121\
Data File : BG048137.D
Acq On : 11 Feb 2021 15:51
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Feb 11 16:51:00 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG021021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 10 17:26:23 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	38.759	3.1	92	0.00
3		Pyridine	40.000	41.226	-3.1	92	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	41.760	-4.4	101	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.965	1.3	93	0.00
6		Aniline	40.000	39.900	0.3	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.313	0.9	95	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.239	1.9	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	39.252	1.9	98	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.288	1.8	95	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.223	4.4	91	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.021	2.4	95	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.047	2.4	95	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.160	2.1	96	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.247	-0.6	93	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	39.661	0.8	95	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.829	0.4	93	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.942	2.6	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	40.026	-0.1	95	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.802	0.5	93	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	95	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.665	3.3	94	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.678	0.4	96	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.328	1.7	95	0.00
25		Isophorone	40.000	39.509	1.2	93	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	38.594	3.5	92	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.681	0.8	96	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.220	2.0	94	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.735	0.7	95	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.748	0.6	95	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.201	2.0	95	0.00
32		Benzoic acid	40.000	36.910	7.7	88	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.580	1.1	95	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.490	3.8	92	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.834	-2.1	94	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.710	-1.8	97	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.640	0.9	95	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.956	2.6	94	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	97	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.489	1.3	96	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	39.448	1.4	91	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	81.122	-1.4	99	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.717	-1.8	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	41.231	-3.1	100	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.418	2.0	96	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.922	2.7	95	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.088	2.3	94	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG021121\
Data File : BG048137.D
Acq On : 11 Feb 2021 15:51
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Feb 11 16:51:00 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG021021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 10 17:26:23 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.540	-1.3	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.047	2.4	95	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.952	0.1	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.816	-2.0	100	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.585	-1.5	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.783	0.5	96	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	40.257	-0.6	92	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.428	1.4	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.732	-4.3	98	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.597	-1.5	98	0.00
58		Fluorene	40.000	39.833	0.4	98	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.121	-0.3	96	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	40.014	-0.0	97	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.865	0.3	97	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	41.322	-3.3	102	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.993	0.0	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.600	-1.5	98	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.445	1.4	99	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	38.963	2.6	97	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.768	0.6	99	0.00
69		Atrazine	40.000	40.074	-0.2	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.299	-3.2	96	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.622	0.9	101	0.00
72		Anthracene	40.000	39.581	1.0	100	0.00
73		Carbazole	40.000	39.699	0.8	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.928	0.2	100	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.942	0.1	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	41.725	-4.3	102	0.00
78		Pyrene	40.000	40.312	-0.8	102	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	76.560	4.3	101	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	40.212	-0.5	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.680	0.8	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.451	-1.1	102	0.00
83		Chrysene	40.000	39.807	0.5	100	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.520	-1.3	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.449	-1.1	100	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.233	-0.6	102	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.569	-1.4	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.561	1.1	100	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.076	-0.2	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.288	-0.7	101	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	40.759	-1.9	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG021121\
Data File : BG048137.D
Acq On : 11 Feb 2021 15:51
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Feb 11 16:51:00 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG021021.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 10 17:26:23 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0