Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061119\
Data File : BG041180.D
Acq On : 11 Jun 2019 9:05
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 12 02:09:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
2		1,4-Dioxane	0.503	0.415	17.5	72	0.00
3		Pyridine	1.489	1.313	11.8	76	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.691	0.678	1.9	84	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.109	1.070	3.5	83	0.00
6		Aniline	2.286	2.174	4.9	83	0.00
7	S	Phenol-d6	1.713	1.670	2.5	85	0.00
8		2-Chlorophenol	1.322	1.298	1.8	86	0.00
9		Benzaldehyde	1.022	1.039	-1.7	88	0.00
10	C	Phenol	1.837	1.763	4.0	84	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.332	1.286	3.5	83	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.579	1.570	0.6	86	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.599	1.585	0.9	85	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.552	1.515	2.4	84	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.585	1.522	4.0	84	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.177	2.007	7.8	80	0.00
17		2-Methylphenol	1.330	1.268	4.7	82	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.616	0.0	87	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.318	1.239	6.0	82	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.842	1.780	3.4	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	0.561	0.532	5.2	83	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.451	0.445	1.3	87	0.00
24		Nitrobenzene	0.459	0.446	2.8	85	0.00
25		Isophorone	0.857	0.784	8.5	80	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.189	0.194	-2.6	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.313	0.277	11.5	78	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.463	0.433	6.5	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.397	0.376	5.3	82	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.452	0.446	1.3	86	0.00
31		Naphthalene	1.074	1.046	2.6	85	0.00
32		Benzoic acid	0.223	0.196	12.1	76	0.00
33		4-Chloroaniline	0.498	0.461	7.4	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.346	0.340	1.7	89	0.00
35		Caprolactam	0.131	0.115	12.2	76	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.453	0.413	8.8	80	0.01
37		2-Methylnaphthalene	0.827	0.793	4.1	84	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.779	0.732	6.0	82	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	82	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.806	0.845	-4.8	84	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.361	0.355	1.7	80	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.297	0.295	0.7	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.521	0.535	-2.7	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.550	0.555	-0.9	82	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061119\
Data File : BG041180.D
Acq On : 11 Jun 2019 9:05
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 12 02:09:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.389	1.463	-5.3	84	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.480	1.530	-3.4	82	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.271	1.321	-3.9	83	0.00
48		2-Nitroaniline	0.456	0.475	-4.2	83	0.00
49		Acenaphthylene	1.913	1.935	-1.2	79	0.00
50		Dimethylphthalate	1.693	1.661	1.9	78	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.365	0.363	0.5	80	0.00
52	C	Acenaphthene	1.159	1.154	0.4	80	0.00
53		3-Nitroaniline	0.365	0.372	-1.9	80	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.142	0.170	-19.7	102	0.00
55		Dibenzofuran	1.950	1.963	-0.7	79	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.250	0.252	-0.8	79	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	0.516	0.519	-0.6	79	0.00
58		Fluorene	1.553	1.549	0.3	80	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.540	0.530	1.9	78	0.00
60		Diethylphthalate	1.728	1.677	3.0	77	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	1.009	0.999	1.0	80	0.00
62		4-Nitroaniline	0.386	0.382	1.0	79	0.00
63		Azobenzene	1.570	1.524	2.9	76	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	80	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.096	0.118	-22.9	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.562	0.559	0.5	78	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.270	0.264	2.2	76	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.287	0.282	1.7	77	0.00
69		Atrazine	0.217	0.205	5.5	68	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.139	0.141	-1.4	76	0.00
71		Phenanthrene	1.042	1.033	0.9	77	0.00
72		Anthracene	1.027	1.033	-0.6	78	0.00
73		Carbazole	0.882	0.896	-1.6	79	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.096	1.104	-0.7	77	0.00
75	C	Fluoranthene	1.287	1.312	-1.9	78	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	79	0.00
77		Benzidine	0.477	0.443	7.1	69	0.00
78		Pyrene	1.300	1.357	-4.4	79	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.942	1.007	-6.9	80	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.506	0.519	-2.6	78	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.331	1.338	-0.5	78	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.468	0.464	0.9	78	0.00
83		Chrysene	1.274	1.293	-1.5	78	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.712	0.729	-2.4	79	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.186	1.206	-1.7	78	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.561	1.357	13.1	69	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	75	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061119\
Data File : BG041180.D
Acq On : 11 Jun 2019 9:05
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 12 02:09:17 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.213	1.236	-1.9	74	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.200	1.251	-4.2	76	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.157	1.165	-0.7	73	0.01
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.156	0.999	13.6	63	0.02
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.124	0.915	18.6	60	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0