Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061219\
Data File : BG041208.D
Acq On : 12 Jun 2019 16:17
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 13 07:41:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	71	0.00
2		1,4-Dioxane	0.503	0.476	5.4	67	0.00
3		Pyridine	1.489	1.387	6.9	66	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.691	0.718	-3.9	73	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.109	1.087	2.0	69	0.00
6		Aniline	2.286	2.272	0.6	71	0.00
7	S	Phenol-d6	1.713	1.725	-0.7	72	0.00
8		2-Chlorophenol	1.322	1.353	-2.3	73	0.00
9		Benzaldehyde	1.022	1.046	-2.3	72	0.00
10	C	Phenol	1.837	1.856	-1.0	72	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.332	1.260	5.4	66	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.579	1.584	-0.3	71	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.599	1.615	-1.0	70	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.552	1.587	-2.3	72	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.585	1.557	1.8	70	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.177	2.014	7.5	66	-0.01
17		2-Methylphenol	1.330	1.284	3.5	68	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.628	-1.9	73	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.318	1.243	5.7	67	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.842	1.788	2.9	70	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	72	0.00
22		Acetophenone	0.561	0.554	1.2	70	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.451	0.461	-2.2	73	0.00
24		Nitrobenzene	0.459	0.473	-3.1	73	0.00
25		Isophorone	0.857	0.814	5.0	67	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.189	0.207	-9.5	77	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.313	0.307	1.9	69	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.463	0.443	4.3	68	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.397	0.393	1.0	69	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.452	0.458	-1.3	71	0.00
31		Naphthalene	1.074	1.082	-0.7	71	0.00
32		Benzoic acid	0.223	0.224	-0.4	70	0.00
33		4-Chloroaniline	0.498	0.504	-1.2	71	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.346	0.355	-2.6	75	0.00
35		Caprolactam	0.131	0.134	-2.3	71	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.453	0.457	-0.9	71	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.827	0.838	-1.3	72	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.779	0.807	-3.6	73	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	74	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.806	0.815	-1.1	73	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.361	0.365	-1.1	74	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.297	0.305	-2.7	74	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.521	0.529	-1.5	73	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.550	0.541	1.6	72	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061219\
Data File : BG041208.D
Acq On : 12 Jun 2019 16:17
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 13 07:41:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.389	1.402	-0.9	73	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.480	1.479	0.1	71	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.271	1.304	-2.6	74	0.00
48		2-Nitroaniline	0.456	0.477	-4.6	75	0.00
49		Acenaphthylene	1.913	1.935	-1.2	71	0.00
50		Dimethylphthalate	1.693	1.657	2.1	70	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.365	0.365	0.0	72	0.00
52	C	Acenaphthene	1.159	1.146	1.1	71	0.00
53		3-Nitroaniline	0.365	0.370	-1.4	71	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.142	0.142	0.0	77	0.00
55		Dibenzofuran	1.950	1.982	-1.6	72	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.250	0.245	2.0	69	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.516	0.525	-1.7	72	0.00
58		Fluorene	1.553	1.562	-0.6	72	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.540	0.550	-1.9	73	0.00
60		Diethylphthalate	1.728	1.702	1.5	70	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	1.009	1.012	-0.3	73	0.00
62		4-Nitroaniline	0.386	0.387	-0.3	72	0.00
63		Azobenzene	1.570	1.554	1.0	70	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	72	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.096	0.112	-16.7	83	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.562	0.565	-0.5	71	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.270	0.268	0.7	70	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.287	0.285	0.7	71	0.00
69		Atrazine	0.217	0.217	0.0	65	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.139	0.146	-5.0	71	0.00
71		Phenanthrene	1.042	1.076	-3.3	72	0.00
72		Anthracene	1.027	1.067	-3.9	73	0.00
73		Carbazole	0.882	0.928	-5.2	74	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.096	1.131	-3.2	71	0.00
75	C	Fluoranthene	1.287	1.367	-6.2	74	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	72	0.00
77		Benzidine	0.477	0.409	14.3	58	0.00
78		Pyrene	1.300	1.399	-7.6	75	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.942	1.042	-10.6	76	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.506	0.538	-6.3	74	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.331	1.394	-4.7	74	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.468	0.474	-1.3	73	0.00
83		Chrysene	1.274	1.341	-5.3	73	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.712	0.739	-3.8	73	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.186	1.240	-4.6	73	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.561	1.259	19.3	58	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	71	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061219\
Data File : BG041208.D
Acq On : 12 Jun 2019 16:17
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 13 07:41:29 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.213	1.223	-0.8	70	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.200	1.297	-8.1	74	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.157	1.171	-1.2	70	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.156	0.987	14.6	59	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.124	0.878	21.9	55	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0