Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061319\
Data File : BG041232.D
Acq On : 13 Jun 2019 22:04
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 09:08:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
2		1,4-Dioxane	0.503	0.460	8.5	80	0.00
3		Pyridine	1.489	1.348	9.5	78	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.691	0.773	-11.9	96	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.109	1.099	0.9	85	0.00
6		Aniline	2.286	2.204	3.6	84	0.00
7	S	Phenol-d6	1.713	1.650	3.7	84	0.00
8		2-Chlorophenol	1.322	1.304	1.4	86	0.00
9		Benzaldehyde	1.022	1.093	-6.9	92	0.00
10	C	Phenol	1.837	1.756	4.4	83	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.332	1.318	1.1	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.579	1.647	-4.3	90	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.599	1.688	-5.6	90	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.552	1.584	-2.1	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.585	1.565	1.3	86	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.177	2.119	2.7	85	0.00
17		2-Methylphenol	1.330	1.275	4.1	83	0.00
18		Hexachloroethane	0.616	0.658	-6.8	93	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.318	1.270	3.6	84	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.842	1.773	3.7	85	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	86	0.00
22		Acetophenone	0.561	0.566	-0.9	85	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.451	0.476	-5.5	90	0.00
24		Nitrobenzene	0.459	0.479	-4.4	87	0.00
25		Isophorone	0.857	0.849	0.9	83	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.189	0.200	-5.8	88	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.313	0.287	8.3	77	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.463	0.450	2.8	82	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.397	0.387	2.5	81	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.452	0.472	-4.4	87	0.00
31		Naphthalene	1.074	1.093	-1.8	85	0.00
32		Benzoic acid	0.223	0.199	10.8	74	0.00
33		4-Chloroaniline	0.498	0.480	3.6	81	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.346	0.371	-7.2	93	0.00
35		Caprolactam	0.131	0.121	7.6	77	0.01
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.453	0.420	7.3	78	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.827	0.823	0.5	84	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.779	0.823	-5.6	88	-0.22
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	81	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.806	0.864	-7.2	85	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.361	0.385	-6.6	85	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.297	0.291	2.0	78	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.521	0.542	-4.0	81	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.550	0.541	1.6	78	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061319\
Data File : BG041232.D
Acq On : 13 Jun 2019 22:04
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 09:08:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.389	1.475	-6.2	83	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.480	1.533	-3.6	80	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.271	1.336	-5.1	83	0.00
48		2-Nitroaniline	0.456	0.476	-4.4	82	0.00
49		Acenaphthylene	1.913	1.949	-1.9	79	0.00
50		Dimethylphthalate	1.693	1.681	0.7	77	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.365	0.364	0.3	79	0.00
52	C	Acenaphthene	1.159	1.145	1.2	78	0.00
53		3-Nitroaniline	0.365	0.360	1.4	76	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.142	0.121	14.8	71	0.00
55		Dibenzofuran	1.950	1.962	-0.6	78	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.250	0.221	11.6	68	0.01
57		2,4-Dinitrotoluene	0.516	0.512	0.8	77	0.00
58		Fluorene	1.553	1.530	1.5	77	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.540	0.528	2.2	77	0.00
60		Diethylphthalate	1.728	1.689	2.3	76	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	1.009	0.998	1.1	78	0.00
62		4-Nitroaniline	0.386	0.374	3.1	76	0.00
63		Azobenzene	1.570	1.519	3.2	74	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	77	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.096	0.104	-8.3	82	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.562	0.570	-1.4	76	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.270	0.269	0.4	74	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.287	0.283	1.4	74	0.00
69		Atrazine	0.217	0.212	2.3	68	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.139	0.137	1.4	71	0.00
71		Phenanthrene	1.042	1.075	-3.2	77	0.00
72		Anthracene	1.027	1.082	-5.4	78	0.00
73		Carbazole	0.882	0.938	-6.3	79	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.096	1.142	-4.2	76	0.00
75	C	Fluoranthene	1.287	1.398	-8.6	80	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	80	0.00
77		Benzidine	0.477	0.386	19.1	61	0.00
78		Pyrene	1.300	1.371	-5.5	81	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.942	1.006	-6.8	81	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.506	0.531	-4.9	81	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.331	1.384	-4.0	81	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.468	0.463	1.1	79	0.00
83		Chrysene	1.274	1.326	-4.1	81	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.712	0.729	-2.4	80	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.186	1.230	-3.7	80	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.561	1.115	28.6#	57	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG061319\
Data File : BG041232.D
Acq On : 13 Jun 2019 22:04
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Jun 14 09:08:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG052919.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sun Jun 09 23:08:34 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.213	1.243	-2.5	73	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.200	1.351	-12.6	80	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.157	1.198	-3.5	74	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.156	0.926	19.9	57	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.124	0.922	18.0	59	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0