Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG090922\
Data File : BG054894.D
Acq On : 9 Sep 2022 11:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 10 01:55:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 10 01:53:42 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	34.788	13.0	83	0.00
3		Pyridine	40.000	35.446	11.4	82	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	33.272	16.8	77	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.922	2.6	90	0.00
6		Aniline	40.000	38.581	3.5	89	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	79.119	1.1	91	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	40.071	-0.2	93	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	35.462	11.3	89	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.510	1.2	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.545	6.1	87	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.349	1.6	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.708	0.7	93	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.825	0.4	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.614	1.0	90	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	32.616	18.5	76	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.707	-1.8	93	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.890	5.3	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.698	5.8	87	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.356	-3.4	93	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	90	0.00
22		Acetophenone	40.000	39.782	0.5	93	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.883	3.9	89	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	37.691	5.8	88	0.00
25		Isophorone	40.000	38.217	4.5	88	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	44.206	-10.5	100	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.727	-1.8	94	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.741	5.6	87	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	42.783	-7.0	97	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	41.236	-3.1	96	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.928	0.2	93	0.00
32		Benzoic acid	40.000	16.319	59.2#	26	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	40.030	-0.1	92	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	43.268	-8.2	102	0.00
35		Caprolactam	40.000	40.166	-0.4	90	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	40.918	-2.3	93	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	40.529	-1.3	93	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	40.338	-0.8	93	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	93	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	41.786	-4.5	104	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	32.611	18.5	78	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	84.290	-5.4	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	37.849	5.4	90	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.297	4.3	91	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.993	1.3	97	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.787	3.0	94	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.607	3.5	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG090922\
Data File : BG054894.D
Acq On : 9 Sep 2022 11:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 10 01:55:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 10 01:53:42 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	37.780	5.5	90	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.852	2.9	94	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	38.853	2.9	95	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	41.037	-2.6	97	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.685	3.3	93	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.185	-0.5	95	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	34.867	12.8	84	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	39.558	1.1	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	34.574	13.6	79	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	41.829	-4.6	97	0.00
58		Fluorene	40.000	39.528	1.2	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	37.208	7.0	89	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.153	4.6	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	41.123	-2.8	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.686	-1.7	95	0.00
63		Azobenzene	40.000	35.175	12.1	86	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	95	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	40.608	-1.5	94	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.695	3.3	96	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	42.200	-5.5	103	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	41.810	-4.5	103	0.00
69		Atrazine	40.000	39.499	1.3	95	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	32.917	17.7	77	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.846	2.9	96	0.00
72		Anthracene	40.000	38.989	2.5	96	0.00
73		Carbazole	40.000	38.586	3.5	95	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.404	6.5	91	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	39.030	2.4	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	96	0.00
77		Benzidine	40.000	40.614	-1.5	92	0.00
78		Pyrene	40.000	39.098	2.3	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	78.140	2.3	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	36.463	8.8	90	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	39.182	2.0	97	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	41.231	-3.1	99	0.00
83		Chrysene	40.000	38.902	2.7	97	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	36.087	9.8	90	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.732	8.2	91	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	97	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	40.122	-0.3	99	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.734	3.2	95	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.257	1.9	99	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	39.165	2.1	97	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.436	-1.1	100	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.871	0.3	100	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG090922\
Data File : BG054894.D
Acq On : 9 Sep 2022 11:59
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Sep 10 01:55:02 2022
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082522.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Sep 10 01:53:42 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0