Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG092220\
Data File : BG046688.D
Acq On : 22 Sep 2020 21:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG092220

Quant Time: Sep 22 22:01:44 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG092220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 22 21:47:28 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.495	6.3	107	0.00
3		Pyridine	40.000	38.668	3.3	105	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	37.149	7.1	104	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	75.326	5.8	105	0.00
6		Aniline	40.000	37.536	6.2	104	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	76.542	4.3	107	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.954	5.1	107	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	43.393	-8.5	108	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.032	7.4	105	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.377	6.6	107	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	36.961	7.6	103	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	37.459	6.4	105	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.148	4.6	105	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.752	5.6	106	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	37.382	6.5	105	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.320	6.7	106	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.211	7.0	106	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	37.473	6.3	105	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	37.925	5.2	106	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	104	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.911	5.2	105	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	83.911	-4.9	113	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.446	-3.6	113	0.00
25		Isophorone	40.000	37.754	5.6	104	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	43.743	-9.4	116	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.930	5.2	107	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.786	5.5	106	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.379	1.6	107	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	38.972	2.6	106	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.100	4.7	105	0.00
32		Benzoic acid	40.000	40.860	-2.1	118	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.410	6.5	105	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.565	3.6	105	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.859	7.9	102	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.062	4.8	106	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	37.891	5.3	106	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.020	4.9	105	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	107	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.168	4.6	106	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	37.033	7.4	101	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.871	0.2	109	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.542	1.1	107	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.340	1.6	110	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	74.944	6.3	105	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.559	6.1	103	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.579	6.1	106	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG092220\
Data File : BG046688.D
Acq On : 22 Sep 2020 21:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG092220

Quant Time: Sep 22 22:01:44 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG092220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 22 21:47:28 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	45.103	-12.8	120	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	37.403	6.5	106	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.845	5.4	105	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.842	-7.1	115	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.306	4.2	108	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	43.061	-7.7	116	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	42.332	-5.8	122	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.417	6.5	106	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	42.035	-5.1	115	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	44.195	-10.5	117	0.00
58		Fluorene	40.000	37.174	7.1	104	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	38.549	3.6	107	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	37.141	7.1	105	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	37.472	6.3	104	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.274	-0.7	111	0.00
63		Azobenzene	40.000	36.667	8.3	103	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	104	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	42.531	-6.3	125	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	36.954	7.6	103	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.703	5.7	104	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.186	7.0	104	0.00
69		Atrazine	40.000	37.551	6.1	108	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	39.942	0.1	107	0.00
71		Phenanthrene	40.000	37.363	6.6	105	0.00
72		Anthracene	40.000	37.637	5.9	106	0.00
73		Carbazole	40.000	37.089	7.3	105	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.365	6.6	105	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.999	7.5	105	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	105	0.00
77		Benzidine	40.000	37.418	6.5	101	0.00
78		Pyrene	40.000	38.173	4.6	106	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	75.677	5.4	105	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.751	0.6	108	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.623	5.9	105	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	37.692	5.8	104	0.00
83		Chrysene	40.000	37.469	6.3	105	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.944	5.1	105	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	38.564	3.6	105	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	36.997	7.5	103	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.243	6.9	103	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.057	7.4	104	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	37.408	6.5	103	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	37.275	6.8	103	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	36.840	7.9	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG092220\
Data File : BG046688.D
Acq On : 22 Sep 2020 21:26
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG092220

Quant Time: Sep 22 22:01:44 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG092220.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Sep 22 21:47:28 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0