Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG100621\
Data File : BG050469.D
Acq On : 6 Oct 2021 15:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG100621

Quant Time: Oct 06 16:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 06 15:51:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	95	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	37.663	5.8	90	0.00
3		Pyridine	40.000	39.513	1.2	95	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.724	3.2	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	78.427	2.0	96	0.00
6		Aniline	40.000	39.726	0.7	99	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.537	1.8	97	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.327	1.7	97	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.910	-7.3	96	0.00
10	C	Phenol	40.000	38.819	3.0	97	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	38.617	3.5	96	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.581	3.5	97	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.614	3.5	96	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	38.490	3.8	97	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	40.518	-1.3	101	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.531	3.7	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.716	0.7	100	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	39.357	1.6	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.723	3.2	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.582	1.0	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	98	0.00
22		Acetophenone	40.000	38.220	4.5	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	78.697	1.6	97	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.725	3.2	97	0.00
25		Isophorone	40.000	39.107	2.2	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	40.288	-0.7	98	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	40.610	-1.5	100	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	39.494	1.3	99	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.120	-0.3	99	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.096	2.3	98	0.00
31		Naphthalene	40.000	39.118	2.2	98	0.00
32		Benzoic acid	40.000	43.949	-9.9	104	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	39.832	0.4	100	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	39.273	1.8	99	0.00
35		Caprolactam	40.000	41.239	-3.1	102	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.467	1.3	99	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	38.943	2.6	98	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.023	2.4	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	38.849	2.9	99	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.759	-1.9	99	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	79.799	0.3	100	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.800	0.5	99	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	40.901	-2.3	102	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	78.409	2.0	100	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.204	2.0	100	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.045	2.4	99	0.00

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG100621\
Data File : BG050469.D
Acq On : 6 Oct 2021 15:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG100621

Quant Time: Oct 06 16:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 06 15:51:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	40.413	-1.0	99	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.339	1.7	100	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.365	1.6	100	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	40.293	-0.7	100	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	40.281	-0.7	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.836	-2.1	102	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	41.447	-3.6	101	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.956	2.6	100	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.613	-4.0	104	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.277	-0.7	101	0.00
58		Fluorene	40.000	38.986	2.5	99	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.332	-0.8	100	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.519	1.2	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.464	1.3	100	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.054	-0.1	101	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.184	2.0	100	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	100	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	39.711	0.7	99	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	39.246	1.9	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.062	2.3	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	39.672	0.8	101	0.00
69		Atrazine	40.000	39.589	1.0	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.373	-3.4	102	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.955	2.6	100	0.00
72		Anthracene	40.000	39.082	2.3	100	0.00
73		Carbazole	40.000	39.179	2.1	101	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	39.639	0.9	102	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.408	4.0	99	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	100	0.00
77		Benzidine	40.000	35.483	11.3	93	0.00
78		Pyrene	40.000	38.852	2.9	99	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.813	2.7	100	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	39.999	0.0	102	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.686	3.3	101	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	38.739	3.2	99	0.00
83		Chrysene	40.000	38.643	3.4	100	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	40.075	-0.2	102	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	40.170	-0.4	101	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	102	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.998	2.5	102	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.468	3.8	100	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	39.112	2.2	102	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.844	2.9	101	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.810	3.0	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.994	2.5	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG100621\
Data File : BG050469.D
Acq On : 6 Oct 2021 15:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG100621

Quant Time: Oct 06 16:27:11 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG100621.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 06 15:51:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0