Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG103118\
Data File : BG037696.D
Acq On : 31 Oct 2018 22:52
Operator : JU/SJ
Sample : J5202-16
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

**Instrument :** BNA_G
**ClientSampleId :** PL-03-103018-B

Quant Time: Nov 01 07:19:22 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG101818.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 18 14:06:42 2018
Response via : Initial Calibration

| Internal Standards | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 8.10 | 152 | 50812 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 21) Naphthalene-d8 | 10.92 | 136 | 229149 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 39) Acenaphthene-d10 | 14.73 | 164 | 156661 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 64) Phenanthrene-d10 | 17.48 | 188 | 372375 | 20.00 | ng | 0.00 |
| 76) Chrysene-d12 | 21.76 | 240 | 337515 | 20.00 | ng | -0.01 |
| 87) Perylene-d12 | 25.10 | 264 | 266543 | 20.00 | ng | 0.00 |
| **System Monitoring Compounds** | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.64 | 112 | 353095 | 116.18 | ng | 0.00 |
| 7) Phenol-d6 | 7.24 | 99 | 457755 | 99.60 | ng | 0.00 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.28 | 82 | 344661 | 84.26 | ng | 0.00 |
| 42) 2,4,6-Tribromophenol | 16.22 | 330 | 167102 | 97.80 | ng | 0.00 |
| 45) 2-Fluorobiphenyl | 13.35 | 172 | 821909 | 79.11 | ng | -0.01 |
| 79) Terphenyl-d14 | 20.08 | 244 | 1299750 | 82.29 | ng | 0.00 |
| **Target Compounds** | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\DATA\BG103118\
Data File : BG037696.D
Acq On : 31 Oct 2018 22:52
Operator : JU/SJ
Sample : J5202-16
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
PL-03-103018-B

Quant Time: Nov 01 07:19:22 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG101818.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 18 14:06:42 2018
Response via : Initial Calibration