Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG111318\
Data File : BG037980.D
Acq On : 13 Nov 2018 16:34
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG111318

Quant Time: Nov 13 17:14:31 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG111318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 13 16:39:28 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.534	2.4	96	0.00
3		Pyridine	1.561	1.586	-1.6	94	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.566	0.580	-2.5	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.158	1.154	0.3	93	0.00
6		Aniline	2.134	2.128	0.3	92	0.00
7	S	Phenol-d6	1.654	1.659	-0.3	92	0.00
8		2-Chlorophenol	1.344	1.336	0.6	92	0.00
9		Benzaldehyde	1.196	1.177	1.6	92	0.00
10	C	Phenol	1.751	1.751	0.0	91	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.430	1.412	1.3	92	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.548	1.528	1.3	93	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.564	1.541	1.5	92	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.493	1.467	1.7	93	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.196	1.238	-3.5	92	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	2.655	2.600	2.1	92	0.00
17		2-Methylphenol	1.184	1.174	0.8	91	0.00
18		Hexachloroethane	0.569	0.556	2.3	92	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.196	1.189	0.6	92	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.679	1.669	0.6	92	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	93	0.00
22		Acetophenone	0.498	0.495	0.6	92	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.374	0.370	1.1	91	0.00
24		Nitrobenzene	0.382	0.381	0.3	93	0.00
25		Isophorone	0.672	0.668	0.6	92	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.191	0.195	-2.1	91	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.287	0.291	-1.4	92	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.430	0.432	-0.5	92	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.323	0.327	-1.2	91	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.362	0.356	1.7	91	0.00
31		Naphthalene	0.984	0.964	2.0	91	0.00
32		Benzoic acid	0.148	0.162	-9.5	94	0.00
33		4-Chloroaniline	0.458	0.451	1.5	91	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.223	0.222	0.4	92	0.00
35		Caprolactam	0.129	0.137	-6.2	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.353	0.357	-1.1	91	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.707	0.694	1.8	92	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.680	0.669	1.6	92	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.668	0.660	1.2	92	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.358	0.348	2.8	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.228	0.223	2.2	90	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.455	0.452	0.7	91	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.479	0.477	0.4	92	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG111318\
Data File : BG037980.D
Acq On : 13 Nov 2018 16:34
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG111318

Quant Time: Nov 13 17:14:31 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG111318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 13 16:39:28 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.373	1.330	3.1	91	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.680	1.641	2.3	92	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.282	1.247	2.7	91	0.00
48		2-Nitroaniline	0.404	0.413	-2.2	93	0.00
49		Acenaphthylene	1.928	1.899	1.5	92	0.00
50		Dimethylphthalate	1.586	1.553	2.1	92	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.359	0.357	0.6	91	0.00
52	C	Acenaphthene	1.161	1.141	1.7	91	0.00
53		3-Nitroaniline	0.396	0.398	-0.5	93	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.151	0.165	-9.3	94	0.00
55		Dibenzofuran	1.919	1.870	2.6	92	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.305	0.311	-2.0	93	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.488	0.496	-1.6	92	0.00
58		Fluorene	1.432	1.398	2.4	92	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.401	0.405	-1.0	91	0.00
60		Diethylphthalate	1.684	1.634	3.0	92	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.838	0.818	2.4	91	0.00
62		4-Nitroaniline	0.393	0.396	-0.8	91	0.00
63		Azobenzene	1.506	1.465	2.7	91	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	94	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.127	0.129	-1.6	92	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.605	0.603	0.3	92	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.220	0.220	0.0	92	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.227	0.224	1.3	92	0.00
69		Atrazine	0.223	0.229	-2.7	93	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.154	0.159	-3.2	91	0.00
71		Phenanthrene	1.024	1.005	1.9	92	0.00
72		Anthracene	1.009	0.993	1.6	92	0.00
73		Carbazole	1.013	1.018	-0.5	92	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.137	1.147	-0.9	92	0.00
75	C	Fluoranthene	1.168	1.158	0.9	92	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
77		Benzidine	0.702	0.745	-6.1	90	0.00
78		Pyrene	1.308	1.287	1.6	92	0.00
79	S	Terphenyl-d14	0.850	0.858	-0.9	94	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.572	0.578	-1.0	92	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.209	1.197	1.0	93	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.471	0.481	-2.1	91	0.00
83		Chrysene	1.156	1.142	1.2	93	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.816	0.818	-0.2	93	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.319	1.344	-1.9	92	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.284	1.297	-1.0	92	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA G\Data\BG111318\
Data File : BG037980.D
Acq On : 13 Nov 2018 16:34
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : ICVBG111318

Quant Time: Nov 13 17:14:31 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA G\METHODS\8270-BG111318.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Nov 13 16:39:28 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.101	1.090	1.0	91	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.086	1.093	-0.6	94	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.052	1.058	-0.6	92	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.012	1.023	-1.1	93	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.006	1.020	-1.4	93	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0