Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111921\
Data File : BG051129.D
Acq On : 19 Nov 2021 19:16
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 20 03:37:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 19 16:26:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	39.703	0.7	98	0.00
3		Pyridine	40.000	39.060	2.3	94	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.473	1.3	95	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	77.827	2.7	96	0.00
6		Aniline	40.000	39.412	1.5	96	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	78.380	2.0	96	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.343	1.6	99	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	36.331	9.2	98	0.00
10	C	Phenol	40.000	39.511	1.2	98	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	39.370	1.6	97	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	40.432	-1.1	100	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.080	2.3	97	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.841	0.4	99	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	39.941	0.1	95	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	38.844	2.9	97	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	39.759	0.6	98	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	38.880	2.8	97	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	39.116	2.2	96	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	39.989	0.0	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	99	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.583	6.0	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	76.770	4.0	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	38.585	3.5	98	0.00
25		Isophorone	40.000	38.111	4.7	96	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	39.497	1.3	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	38.599	3.5	99	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	38.061	4.8	97	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	39.452	1.4	101	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.154	2.1	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.418	4.0	98	0.00
32		Benzoic acid	40.000	36.167	9.6	91	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	38.982	2.5	99	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	38.796	3.0	101	0.00
35		Caprolactam	40.000	38.746	3.1	96	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	38.881	2.8	98	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.081	2.3	100	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	38.830	2.9	99	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.007	2.5	102	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	51.754	-29.4#	154	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.123	-0.2	102	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.417	1.5	102	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.939	2.7	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	76.041	4.9	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	38.037	4.9	100	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	38.522	3.7	101	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111921\
Data File : BG051129.D
Acq On : 19 Nov 2021 19:16
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
LabSampleId : SSTDCCC040

Quant Time: Nov 20 03:37:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 19 16:26:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.407	4.0	98	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.639	3.4	101	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	37.951	5.1	98	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	38.550	3.6	99	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	38.826	2.9	101	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	39.621	0.9	99	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	38.141	4.6	94	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.925	2.7	102	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	41.630	-4.1	97	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	39.084	2.3	99	0.00
58		Fluorene	40.000	39.136	2.2	102	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	39.429	1.4	99	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	38.645	3.4	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.832	0.4	103	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	38.981	2.5	98	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.107	2.2	102	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	101	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.788	-4.5	101	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.090	4.8	100	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	39.206	2.0	104	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	38.442	3.9	104	0.00
69		Atrazine	40.000	37.870	5.3	100	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	41.235	-3.1	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	38.627	3.4	102	0.00
72		Anthracene	40.000	38.354	4.1	101	0.00
73		Carbazole	40.000	37.938	5.2	100	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	37.759	5.6	99	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	38.261	4.3	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
77		Benzidine	40.000	45.637	-14.1	107	0.00
78		Pyrene	40.000	38.612	3.5	101	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	77.218	3.5	102	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.564	3.6	103	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	38.758	3.1	104	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	39.617	1.0	104	0.00
83		Chrysene	40.000	38.755	3.1	103	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	38.663	3.3	104	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	39.126	2.2	105	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	104	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	38.522	3.7	105	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	38.669	3.3	105	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.877	5.3	102	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.482	3.8	105	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	38.222	4.4	104	-0.01
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	38.180	4.6	103	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111921\
Data File : BG051129.D
Acq On : 19 Nov 2021 19:16
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Nov 20 03:37:24 2021
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111921.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Nov 19 16:26:22 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0