Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG120925\
Data File : BG064904.D
Acq On : 9 Dec 2025 14:18
Operator : RC/JU
Sample : Q3800-02
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
COMP#1

Quant Time: Dec 09 14:57:13 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 12 17:10:56 2025
Response via : Initial Calibration

| Compound | R.T. | QIon | Response | Conc | Units | Dev(Min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internal Standards | | | | | | |
| 1) 1,4-Dichlorobenzene-d4 | 8.153 | 152 | 22383 | 20.000 | ng | -0.01 |
| 21) Naphthalene-d8 | 10.968 | 136 | 91924 | 20.000 | ng | #-0.02 |
| 39) Acenaphthene-d10 | 14.763 | 164 | 83855 | 20.000 | ng | -0.01 |
| 64) Phenanthrene-d10 | 17.489 | 188 | 211878 | 20.000 | ng | #-0.01 |
| 76) Chrysene-d12 | 21.743 | 240 | 303446 | 20.000 | ng | #-0.01 |
| 86) Perylene-d12 | 24.986 | 264 | 284727 | 20.000 | ng | -0.04 |
| System Monitoring Compounds | | | | | | |
| 5) 2-Fluorophenol | 5.691 | 112 | 90117 | 70.305 | ng | 0.00 |
| 7) Phenol-d6 | 7.295 | 99 | 121738 | 71.407 | ng | -0.01 |
| 23) Nitrobenzene-d5 | 9.311 | 82 | 86043 | 46.280 | ng | -0.02 |
| 42) 2,4,6-Tribromophenol | 16.238 | 330 | 122878 | 75.135 | ng | -0.01 |
| 45) 2-Fluorobiphenyl | 13.394 | 172 | 314505 | 52.333 | ng | -0.01 |
| 79) Terphenyl-d14 | 20.080 | 244 | 901184 | 58.419 | ng | -0.01 |
| Target Compounds | | | | | | Qvalue |

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG120925\
Data File : BG064904.D
Acq On : 9 Dec 2025 14:18
Operator : RC/JU
Sample : Q3800-02
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
COMP#1

Quant Time: Dec 09 14:57:13 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG111225.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Nov 12 17:10:56 2025
Response via : Initial Calibration