Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG121418\
Data File : BG038582.D
Acq On : 15 Dec 2018 00:23
Operator : JU/SJ
Sample : PB115631BL
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : PB115631BL

Quant Time: Dec 15 03:13:06 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	8.06	152	23421	20.00	ng	0.00
21) Naphthalene-d8	10.87	136	91541	20.00	ng	0.00
39) Acenaphthene-d10	14.69	164	61255	20.00	ng	0.00
64) Phenanthrene-d10	17.44	188	157049	20.00	ng	0.00
76) Chrysene-d12	21.72	240	167395	20.00	ng	0.00
87) Perylene-d12	25.02	264	177325	20.00	ng	0.00
System Monitoring Compounds						
5) 2-Fluorophenol	5.61	112	134729	102.03	ng	0.00
7) Phenol-d6	7.21	99	179813	99.19	ng	0.00
23) Nitrobenzene-d5	9.24	82	116039	64.76	ng	0.00
42) 2,4,6-Tribromophenol	16.19	330	74097	87.77	ng	0.00
45) 2-Fluorobiphenyl	13.31	172	279078	62.50	ng	0.00
79) Terphenyl-d14	20.04	244	563685	73.29	ng	0.00
Target Compounds						Qvalue
19) n-Nitroso-di-n-propylamine	9.24	70	15311	12.026	ng	# 73
51) 2,6-Dinitrotoluene	14.69	165	7930	6.995	ng	# 21
57) 2,4-Dinitrotoluene	14.69	165	7930	4.967	ng	# 23
67) 4-Bromophenyl-phenylether	16.19	248	5177	2.699	ng	# 1

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\DATA\BG121418\
Data File : BG038582.D
Acq On : 15 Dec 2018 00:23
Operator : JU/SJ
Sample : PB115631BL
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_G
ClientSampleId : PB115631BL

Quant Time: Dec 15 03:13:06 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_G\METHODS\8270-BG121218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 12 15:26:27 2018
Response via : Initial Calibration





#1
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 20.000 ng
RT: 8.06 min Scan# 846
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:152 Resp: 23421

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
150	161.9	119.5	179.3
115	60.8	49.6	74.4





#5
2-Fluorophenol
Concen: 102.029 ng
RT: 5.61 min Scan# 429
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:112 Resp: 134729

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
64	67.4	53.4	80.2
63	38.0	29.3	43.9





#7
Phenol-d6
Concen: 99.192 ng
RT: 7.21 min Scan# 701
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion: 99 Resp: 179813

Ion	Ratio	Lower	Upper
99	100		
42	25.0	18.5	27.7
71	40.0	31.1	46.7





#19
n-Nitroso-di-n-propylamine
Concen: 12.026 ng
RT: 9.24 min Scan# 1046
Delta R.T. 0.37 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion: 70 Resp: 15311

Ion	Ratio	Lower	Upper
70	100		
42	60.6	63.6	95.4#
101	0.0	9.2	13.8#
130	2.5	18.5	27.7#





#21
Naphthalene-d8
Concen: 20.000 ng
RT: 10.87 min Scan# 1325
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:136 Resp: 91541

Ion	Ratio	Lower	Upper
136	100		
137	11.1	9.3	13.9
54	10.8	8.5	12.7
68	5.8	3.5	5.3#





#23
Nitrobenzene-d5
Concen: 64.759 ng
RT: 9.24 min Scan# 1046
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion: 82 Resp: 116039

Ion	Ratio	Lower	Upper
82	100		
128	41.2	34.6	52.0
54	64.2	50.6	76.0





#39
Acenaphthene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 14.69 min Scan# 1975
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:164 Resp: 61255

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
162	107.6	86.6	130.0
160	43.4	34.2	51.2





#42
2,4,6-Tribromophenol
Concen: 87.771 ng
RT: 16.19 min Scan# 2229
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:330 Resp: 74097

Ion	Ratio	Lower	Upper
330	100		
332	98.0	76.9	115.3
141	38.2	28.8	43.2





#45
2-Fluorobiphenyl
Concen: 62.501 ng
RT: 13.31 min Scan# 1740
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:172 Resp: 279078

Ion	Ratio	Lower	Upper
172	100		
171	37.5	29.8	44.6
170	23.6	19.5	29.3





#51
2,6-Dinitrotoluene
Concen: 6.995 ng
RT: 14.69 min Scan# 1975
Delta R.T. 0.41 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:165 Resp: 7930

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	2.9	51.8	77.6#
89	0.0	47.9	71.9#





#57
2,4-Dinitrotoluene
Concen: 4.967 ng
RT: 14.69 min Scan# 1975
Delta R.T. -0.37 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:165 Resp: 7930

Ion	Ratio	Lower	Upper
165	100		
63	2.9	39.0	58.4#
89	0.0	58.0	87.0#
182	0.0	2.3	3.5#





#64
Phenanthrene-d10
Concen: 20.000 ng
RT: 17.44 min Scan# 2443
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:188 Resp: 157049

Ion	Ratio	Lower	Upper
188	100		
94	6.6	5.1	7.7
80	7.7	6.1	9.1





#67
4-Bromophenyl-phenylether
Concen: 2.699 ng
RT: 16.19 min Scan# 2229
Delta R.T. -0.44 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:248 Resp: 5177

Ion	Ratio	Lower	Upper
248	100		
250	178.0	73.4	110.2#
141	425.3	52.9	79.3#





#76
Chrysene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 21.72 min Scan# 3171
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:240 Resp: 167395

Ion	Ratio	Lower	Upper
240	100		
120	7.4	5.3	7.9
236	26.3	21.4	32.2





#79
Terphenyl-d14
Concen: 73.286 ng
RT: 20.04 min Scan# 2885
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
PB115631BL

Tgt Ion:244 Resp: 563685

Ion	Ratio	Lower	Upper
244	100		
212	7.6	6.2	9.2
122	7.9	6.3	9.5





#87
Perylene-d12
Concen: 20.000 ng
RT: 25.02 min Scan# 3732
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: BG038582.D
Acq: 15 Dec 2018 00:23

Tgt Ion:264 Resp: 177325

Ion	Ratio	Lower	Upper
264	100		
260	24.3	18.9	28.3
265	21.1	17.0	25.4