Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG121625\
Data File : BG064962.D
Acq On : 16 Dec 2025 18:36
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG121625

Quant Time: Dec 17 05:56:16 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG121625.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 17 05:53:31 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	120	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	32.820	17.9	100	0.00
3		Pyridine	40.000	34.021	14.9	104	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	38.258	4.4	118	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	71.317	10.9	104	0.00
6		Aniline	40.000	37.650	5.9	110	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	72.832	9.0	106	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	37.946	5.1	110	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	37.232	6.9	125	0.00
10	C	Phenol	40.000	37.006	7.5	109	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	37.673	5.8	108	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	39.045	2.4	113	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	39.443	1.4	115	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.756	0.6	116	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	37.992	5.0	112	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	36.492	8.8	107	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	37.386	6.5	109	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	37.434	6.4	108	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	38.958	2.6	110	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	36.497	8.8	106	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	121	0.00
22		Acetophenone	40.000	37.559	6.1	109	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	79.119	1.1	105	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	41.093	-2.7	110	0.00
25		Isophorone	40.000	37.025	7.4	107	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	37.087	7.3	107	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	37.425	6.4	109	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	37.044	7.4	106	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	37.884	5.3	106	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	40.002	-0.0	116	0.00
31		Naphthalene	40.000	36.602	8.5	107	0.00
32		Benzoic acid	40.000	32.714	18.2	95	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	37.089	7.3	107	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	37.441	6.4	109	0.00
35		Caprolactam	40.000	36.119	9.7	103	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	36.543	8.6	105	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	33.224	16.9	96	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	35.286	11.8	104	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	114	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	39.016	2.5	108	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	40.005	-0.0	109	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	75.561	5.5	101	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	39.643	0.9	107	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	38.602	3.5	104	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	72.804	9.0	101	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	37.987	5.0	105	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	37.679	5.8	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG121625\
Data File : BG064962.D
Acq On : 16 Dec 2025 18:36
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG121625

Quant Time: Dec 17 05:56:16 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG121625.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 17 05:53:31 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	38.330	4.2	105	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	38.701	3.2	107	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	36.958	7.6	102	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	42.898	-7.2	120	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	36.869	7.8	102	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	40.548	-1.4	112	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	36.485	8.8	103	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	37.304	6.7	104	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	39.566	1.1	102	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	38.916	2.7	106	0.00
58		Fluorene	40.000	37.395	6.5	104	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	41.333	-3.3	109	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	36.713	8.2	101	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	36.717	8.2	102	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	42.636	-6.6	107	0.00
63		Azobenzene	40.000	37.826	5.4	105	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	114	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	38.162	4.6	106	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	38.117	4.7	103	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	37.707	5.7	102	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	37.132	7.2	100	0.00
69		Atrazine	40.000	38.792	3.0	105	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	37.596	6.0	100	0.00
71		Phenanthrene	40.000	36.951	7.6	101	0.00
72		Anthracene	40.000	37.571	6.1	103	0.00
73		Carbazole	40.000	37.779	5.6	102	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	38.665	3.3	104	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	36.930	7.7	101	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	115	0.00
77		Benzidine	40.000	43.449	-8.6	131	0.00
78		Pyrene	40.000	36.657	8.4	102	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	71.149	11.1	98	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	38.270	4.3	105	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	37.343	6.6	104	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	40.528	-1.3	111	0.00
83		Chrysene	40.000	37.183	7.0	102	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	37.264	6.8	102	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	36.777	8.1	101	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	116	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	35.982	10.0	100	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	37.385	6.5	102	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	37.329	6.7	102	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	38.352	4.1	106	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	36.745	8.1	102	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	35.828	10.4	101	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG121625\
Data File : BG064962.D
Acq On : 16 Dec 2025 18:36
Operator : RC/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
ICVBG121625

Quant Time: Dec 17 05:56:16 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG121625.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 17 05:53:31 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0